

33140000-3 Медичні матеріали
(Медичні вироби для постійної інфузії інсуліну, 3 лоти)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Лот 1 - 33140000-3 Медичні матеріали - Катетер для приладів інфузійної терапії для інсулінових pomp (60770 Система кризьшкірного моніторингу рівня глюкози/інфузії інсуліну) - 9310 шт.

Вимоги (для підтвердження відповідності учасник надає гарантійний лист про їх виконання):

1. Катетер типу «Шуа-Ті», або еквівалент.
2. Катетер повинен мати сталеву голку, довжиною 6 мм.
3. Катетер повинен встановлюватись під шкіру під кутом 90 градусів.
4. Катетер повинен мати трубку, довжиною не менше 60 см.
5. На кінці трубки має бути з'єднання з резервуаром, сумісне з інсуліновою помпою.

Лот 2 - 33140000-3 Медичні матеріали - Катетер для приладів інфузійної терапії для інсулінових pomp (60770 Система кризьшкірного моніторингу рівня глюкози/інфузії інсуліну) - 26602 шт.

Вимоги (для підтвердження відповідності учасник надає гарантійний лист про їх виконання):

1. Катетер типу «Квік-сет», або еквівалент.
2. Катетер повинен мати тефлонову канюлю, довжиною не менше 6 мм.
3. Канюля повинна встановлюватись під шкіру під кутом 90 градусів.
4. Катетер повинен мати трубку, довжиною не менше 60 см.
5. На кінці трубки має бути з'єднання з резервуаром, сумісне з інсуліновою помпою.

Лот 3 - 33140000-3 Медичні матеріали - Катетер для приладів інфузійної терапії для інсулінових pomp (60770 Система кризьшкірного моніторингу рівня глюкози/інфузії інсуліну) - 1000 шт.

Вимоги (для підтвердження відповідності учасник надає гарантійний лист про їх виконання):

1. Катетер типу «Сілует», або еквівалент.
2. Катетер повинен мати тефлонову канюлю, довжиною не менше 13 мм.
3. Канюля повинна встановлюватись під шкіру під кутом 20-45 градусів.
4. Катетер повинен мати трубку, довжиною не менше 60 см.

5. На кінці трубки має бути з'єднання з резервуаром, сумісне з інсуліновою помпою.

Загальні вимоги:

1. Медичні вироби повинні бути введені в обіг в Україні згідно вимог чинного законодавства України. Для підтвердження учасник надає копію відповідного документу (чи лист-роз'яснення щодо його відсутності) стосовно відповідності вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, або Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики *in vitro*, або Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують.

2. Медичні вироби повинні мати інструкцію із застосування українською мовою. Для підтвердження учасник надає копію інструкції з застосування медичних виробів.

3. Термін придатності товару на момент поставки повинен становити не менше 75% або не менше 15 місяців від загального терміну придатності, встановленого інструкцією із застосування медичних виробів (для підтвердження учасник надає гарантійний лист про термін придатності товару).

4. Строк поставки медичних виробів повинен становити не більше 10 днів з дати отримання письмової заявки Замовника. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист щодо строку поставки медичних виробів.

5. Учасник надає оригінал гарантійного листа, наданого безпосередньо виробником або його уповноваженим представником в Україні (якщо учасник не є виробником товару), що підтверджує можливість поставки товару, який є предметом закупівлі, у необхідній кількості, якості та у терміни, визначені документацією.

6. Запропонований товар повинен відповідати технічним, якісним та кількісним характеристиками, визначеним в документації. Для підтвердження відповідності учасник надає порівняльну таблицю, з посиланням на сторінку технічної документації виробника, на якій підтверджується значення показника згідно вимог замовника (інструкції з експлуатації або посібника користувача, або проспекту, або технічного опису, або технічних умов, або іншого технічного документу виробника з перекладом на українську мову).

7. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності) за формою 2.

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

№ лоту/з/п	Найменування предмета закупівлі/товару	Торгівельна назва товару	Виробник, країна	Одиниця виміру	Кількість, од.

посада уповноваженої особи
учасника

м.п. * підпис

прізвище, ініціали

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом “або еквівалент”.

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

17 468 977,00 грн (Сімнадцять мільйонів чотириста шістьдесят вісім тисяч дев'ятсот сімдесят сім гривень 00 копійок), з ПДВ, зокрема:

лот 1 - 4 183 914,00 грн (Чотири мільйона сто вісімдесят три тисячі дев'ятсот чотирнадцять гривень 00 копійок);

лот 2 - 12 808 863,00 грн (Дванадцять мільйонів вісімсот вісім тисяч вісімсот шістьдесят три гривні 00 копійок);

лот 3 - 476 200,00 грн (Чотириста сімдесят шість тисяч двісті гривень 00 копійок).