33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Медичні вироби для кардіохірургічних втручань, 21 лот)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Лот 1 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Набір витратних матеріалів АТЛ 2001, ВТ725, ЕЛ240, або еквівалент (47977 Система для аутотрансфузії крові автоматична) - 80 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Витратні матеріали повинні бути повністю сумісними з системою аутотрансуфузії Autolog.

2. Комплект витратних матеріалів повинен складатися з таких компонентів:

- Очисний набір;
- Відсмоктувальна/антикоагулянтна лінія;
- Тверда ємність для збирання крові з 40 мкм фільтром.

Витратні матеріали повинні бути зареєстровані в Україні згідно чинного законодавства.

Лот 2 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Аспіраційний катетер 12 Lightning, або еквівалент (58173 Катетер аспіраційний для тромбектомії) - 3 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Повинен бути 12 Fr.
2. Повинен бути 0.131 дюйма.
3. Повинна бути 115 см.
4. Наявність форми HTORQ для катетера з робочою довжиною 115 см.
5. Повинен мати гідрофільне покриття на дистальному сегменті стрижня катетера.
6. Повинен бути видимий під час рентгеноскопії.
7. Катетер має бути в комплекті з аспіраційною трубкою.
8. Повинна мати можливість забезпечувати передачу вакууму між аспіраційним катетером та аспіраційним насосом, дозволяючи проводити інтермітуючу (переривчасту) або безперервну аспірацію.
9. Аспіраційний катетер з можливістю комп'ютеризованої механічної аспірації має бути сумісний з насосом Penumbra ENGINE та каністрою до насосу Penumbra ENGINE.

Лот 3 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Багаторівнева стегнова венозна канюля з набором для черезшкірної постановки Multi-Stage, або еквівалент (34905 Канюля для штучного кровообігу венозна) - 3 шт.

Спеціальні вимоги:

- Багатоступенева стегнова венозна канюля 23 Fr (7,7 мм) – 2 шт., конектор 3\8, довжина від 75,5 см до 76,8 см, набор для постановки.
- Багатоступенева стегнова венозна канюля 25 Fr (8,3 мм) – 1 шт., конектор 3\8, довжина від 75,5 см до 76,8 см, набор для постановки.

Для підтвердження щодо наявності типорозмірів у необхідній кількості учасник надає відповідний гарантійний лист.

Лот 4 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Балон-катетер OTW для предилятації (47732 Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний) - 15 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Довжина катетера: Довжина катетера має бути не менше 130 см.

2. Діапазон діаметрів балону: Мають бути наявні діаметри від 3,0 мм до 12,0 мм.

3. Діапазон довжин балону: Діапазон довжин від 20 мм до 300 мм.

4. Ренгенконтрасний маркер: Має бути не менше 2-х маркерів.

5. Сумісність з провідником та інтродюсером: Максимальний діаметр сумісного провідника немає перевищувати 0,035 дюйма та інтродюсера не більше 7 Fr.

6. *Система доставки:* Доставка по провіднику (Over the Wire).

Лот 5 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Внутрішньо-аортальний балонний катетер (34919 Катетер балонний внутрішньоаортальний) - 2 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Матеріал і будова катетера: поліуретан з підсиленим армованим центральним просвітом.

2. Зовнішній розмір катетера: 8 Fr.

3. Провідник: 0,025 дюймів.

4. Об'єм балона: 40 $см^3$.

5. Діаметр роздутого балона: 15 мм.

6. Розмір мембрани балона: 260 мм.

Лот 6 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Біполярний пристрій для радіочастотної абляції серця Кардіоблейд

БП2, або еквівалент (56296 Електрохірургічний тримач/електрод для відкритих операцій біполярний одноразового використання) - 10 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Пристрій має бути одноразовим та призначеним для роботи в переривчастому режимі, стерильний.

2. Для охолодження місця контакту має систему зрошення фізіологічним розчином.

3. Бранші регульовані, паралельні, довжиною 7 см; електроди довжиною 7 см, вкриті полімером.

4. Має механізм обертання бранш на 300˚.

5. Має бути сумісним з енергетичною платформою FT10.

Лот 7 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Електрод для тимчасової ендокардіальної стимуляції (47852 Катетер для тимчасової стимуляції серця) - 100 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Призначення електроду: трансвенозна тимчасова внутрішньо серцева стимуляція.

2. Товщина електроду: 5 Fr.

3. Довжина електрода не менше: 120 см.

4. Наявність не менше трьох кривизн електродів.

5. Матеріал електрода: сталь.

6. Тип покриття електрода (корпус): Pebax.

7. Стерильність.

Лот 8 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Напівжорстке кільце для анулопластики мітрального клапану СімуФорм, або еквівалент (45577 Кільце для анулопластики мітрального клапана) - 50 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Мітральні кільця мають бути напівжорсткі зі збереженням фізіологічної форми.

2. Кільце повинно складатися з дротяного елемента жорсткості кобальт-нікелевого сплаву у задній частині, що проходить від трикутника до трикутника.

3. Елемент жорсткості кільця має бути поміщений у спіральну пружину з малим кроком.

4. Пружина має бути покрита силіконовою оболонкою.

5. Покриття корпусу виготовлене з плетеної поліефірної тканини.

6. Внутрішня пружина й елемент жорсткості мають забезпечувати рентгенографічну візуалізацію.

7. Повинні бути доступні розміри від 24 мм до 40 мм із кроком збільшення не більше 2-х мм на розмірний ряд.

8. Розмір 26 – 3 шт., Розмір 28 – 12 шт., Розмір 30 – 15 шт., Розмір 32 – 15 шт., Розмір 34 - 4 шт., Розмір 36 – 1 шт. ***Для підтвердження щодо наявності типорозмірів у необхідній кількості учасник надає відповідний гарантійний лист.***

Лот 9 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Інтракоронарний шунт ClearView, або еквівалент (47111 Хірургічний внутрішньосудинний шунт) - 30 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Інтракоронарний шунт: діаметр: 1.25 мм, довжина: 4-6 см – 10 шт.

Силіконовий катетер з прозорими стінками; забезпечує тимчасовий кровотік у вінцевій артерії під час шунтування; атравматичний, стерильний, одноразовий.

2. Інтракоронарний шунт: діаметр: 1.5 мм, довжина: 4-6 см – 10 шт.

Силіконовий катетер з прозорими стінками; забезпечує тимчасовий кровотік у вінцевій артерії під час шунтування; атравматичний, стерильний, одноразовий.

3. Інтракоронарний шунт: діаметр: 1.75 мм, довжина: 4-6 см – 10 шт.

Силіконовий катетер з прозорими стінками; забезпечує тимчасовий кровотік у вінцевій артерії під час шунтування; атравматичний, стерильний, одноразовий.

Для підтвердження щодо наявності типорозмірів у необхідній кількості учасник надає відповідний гарантійний лист.

Лот 10 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Катетер для вальвулопластики (17453 Кардіохірургічний катетер для пластики клапана серця) - 13 шт.

Спеціальні вимоги:

1.) Катетер для вальвулопластики 18 мм*40 мм – 5 шт. (Для підтвердження щодо наявності типорозмірів у необхідній кількості учасник надає відповідний гарантійний лист.):

1. Катетер призначений для проведення балонної вальвулопластики серцевих клапанів (аортального, мітрального або легеневого — залежно від клінічного застосування). Виріб повинен бути: стерильним, одноразового використання, готовим до застосування.
2. Номінальний діаметр балона: 18 мм.

3. Довжина балона: 40 мм.
4. Тип балона: некомплаєнтний або низькокомплаєнтний.
5. Матеріал балона: медичний полімер (наприклад, PET або еквівалент).
6. Балон повинен забезпечувати: рівномірне розширення по всій довжині, стійкість до розриву, мінімальну комплаєнтність при номінальному тиску.
7. Наявність рентгенконтрастних міток (не менше 2) для точного позиціонування.
8. Номінальний тиск (NP) та тиск розриву (RBP): NP — відповідно до специфікації виробника (зазвичай 3–6 Атм), RBP — не менше 6–10 Атм.

2.) Катетер для вальвулопластики 23 мм*40 мм – 8 шт. (Для підтвердження щодо наявності типорозмірів у необхідній кількості учасник надає відповідний гарантійний лист.):
1. Катетер призначений для проведення балонної вальвулопластики серцевих клапанів (аортального, мітрального або легеневого — залежно від клінічного застосування). Виріб повинен бути: стерильним, одноразового використання, готовим до застосування.
2. Номінальний діаметр: 23 мм.
3. Довжина балона: 40 мм.
4. Тип балона: некомплаєнтний або низькокомплаєнтний.
5. Матеріал: медичний полімер (PET або еквівалент).
6. Балон повинен забезпечувати: рівномірне розширення, контрольовану дилатацію, стійкість до розриву.
7. Наявність рентгенконтрастних міток (не менше 2) для точного позиціонування.
8. Номінальний тиск (NP) та тиск розриву (RBP): NP — відповідно до специфікації виробника (зазвичай 3–6 Атм), RBP — не менше 6–10 Атм.

Лот 11 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Мікрокатетер коронарний Mamba Flex, або еквівалент (10691 Периферійний/коронарний судинний мікрокатетер) - 5 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Призначення. Для забезпечення підтримки, проходження та заміни провідників у коронарному руслі. Також, мікрокатетер може бути використаний для введення контрасту у коронарні судини.

2. Особливості мікрокатетера. Мікрокатетер повинен бути армованим, мати звужений кінчик, стійким до кінкінгу та забезпечувати високу ступінь підтримки провідника під час проходження по звивистим коронарним судинам. Мікрокатетер може використовуватися для анти- та ретроградного доступу.

.

3. Рентгенконтрасність. Дистальний кінчик повинен мати рентгенконтрасний маркер.

4. Внутрішній діаметр. Повинні бути не менше 0,018 дюйма дистально та 0,023 дюйма проксимально.

5. Профіль мікрокатетера. Мікрокатетер повинен мати профіль входу в стеноз діаметром не більше 1.4 Fr.

6. Покриття. Наявність гідрофільного покриття.

7. Робоча довжина. Повинна бути від 135 см до 150 см.

Лот 12 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Набір гемоконцентраторів 06 D571 Sorin Group, або еквівалент (44602 Гемоконцентратор) - 35 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Матеріал мембрани полісульфон (або еквівалент).
2. Поверхня мембрани не менше 0,6 м2 не більше 1,2 м2.
3. Об’єм первинного не більше 60 мл (±10 мл).
4. Максимальний рівень трансмембранного тиску не більше 70 КПаскаль (500 мм.рт.ст.).
5. Максимальний кровотік не менше 480 мл/хв. (±10 мл).

Лот 13 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Набір для кардіоплегій (Система кардіоплегічна) D934S, з теплообмінником CSC, або еквівалент (47799 Канюля для кардіоплегічного розчину) - 200 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Склад набору:
   - Теплообмінник.
   - Набір оригінальних магістралей, які забезпечують подачу крові та/або кардіоплегічного розчину чи їх суміші у співвідношенні 4:1.
   - Інтегрована пастка для бульбашок повітря.
2. Матеріал корпусу - прозорий полікарбонат.
3. Конструкція корпусу має містити порт для визначення тиску та датчик для визначення температури.
4. Матеріал теплообмінника - нержавіюча сталь.
5. Ефективна площа поверхні теплообмінника не більше 650 см2.
6. Матеріал фільтру – поліестер.
7. Швидкість потоку крові не менше 500 мл/хв.
8. Об’єм первинного наповнення (лише для модуля теплообмінника) не більше 55 мл.

Лот 14 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Неповне напівжорстке кільце для клапану серця (45577 Кільце для анулопластики мітрального клапана) - 9 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Конструктивна форма: Неповне (С-подібне/розімкнене).

2. Тип жорсткості: Напівжорстке.

3. Виготовлено з полірованого і формованого дротяного елементу жорсткості, що складається зі сплаву MP35N.

4. Термін служби півкільця для імплантації у тристулковий клапан становить не менше 10 років.

5. Доступні розміри мають складати від 26 мм до 36 мм.

Лот 15 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Оксигенатор для дорослих з комплектом магістральних труб INSPIRE 8 Fr, або еквівалент (17643 Екстракорпоральний мембранний оксигенатор) - 171 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Наявність інтегрованого в оксигенатор теплообмінника.

2. Наявність венозно-кардіотомічного резервуару (відкрита система).

3. Наявність інтегрованого артеріального фільтру.

4. Початковий об’єм заповнення не більше 355 мл.

5. Площа поверхні мембрани повинна бути не менше 1,4 м2 та не більше 1,75 м2.

6. Максимальна об’ємна швидкість току крові не менше 8,0 л/хв.

7. Перенесення O2 при максимальній об'ємній швидкості потоку крові не менше 470 мл/хв.

8. Перенесення CO2 при максимальній об’ємній швидкості потоку крові не менше 370 мл/хв.

9. Максимальний об’єм венозно-кардіотомічного резервуару не менше 4 500 мл.

10. Мінімальний безпечний рівень крові в венозно-кардіотомічному резервуарі не більше 150 мл.

11. Розмір пор артеріального фільтру не більше 38 мкм.

12. Площа поверхні артеріального фільтра не більше 100 см2.

13. Комплектація оксигенатора повинна бути з відповідним комплектом магістральних труб.

14. Покриття модулю оксигенатор і магістральних труб – PHISIO покриття, яке запобігає утворенню згустків крові.

.

Лот 16 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Переферійний судинний провідник Брекер/Конфіда, або еквівалент (35094 Кардіологічний/периферійний судинний провідник одноразовий) - 12 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Призначення. Проведення процедури стентування аортального клапану.

2. Діаметр провідника. Провідник повинен мати діаметр 0.035”/0.89 мм.

3. Форма провідника. Повинен мати форму типу pre-shaped.

4. Діаметр закруглення провідника. 30 мм.

5. Довжина провідника. 260 см.

Лот 17 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Пристрій для закриття пункції периферичних артерій Angioseal 8 Fr, або еквівалент (58704 Пристрій для компресії променевої артерії) - 15 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Діаметр: 8 Fr (F).

2. Пакування: Одноразове, стерильне.

3. Використання: Після проведення ангіографічної або інтервенційної процедури, для закриття пункційного дефекту, після інтродюсерів 8 Fr (F).

4. Термін абсорбції: Повна абсорбція протягом 60-90 днів із моменту використання.

Лот 18 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Провідник для вимірювання FFR, DFR (15071 Перетворювач катетер-наконечник, тиск) – 30 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Призначення. Призначений для вимірювання кров’яного тиску в коронарних судинах серця для визначення ступеня тяжкості функціонального стенозу.

2. Конструкція. Однопросвітний мікрокатетер швидкої заміни.

3. Відстань від наконечника до датчика (довжина «сліпого» відділу). Не більше 2,5 мм.

4. Довжина мікрокатетера. Не менше 3930 мм.

5. Довжина дистального шафта швидкої заміни. Не більше 260 мм.

6. Профіль дистальної частини. Не більше 0,0205".

7. Датчик тиску. CathMEMS, або еквівалент.

8. Розташування датчика. Між 2 маркерними смужками.

9. Діапазон тиску від –30 до 300 мм рт. ст.

.

10. Точність вимірювання тиску ±1 мм рт. ст. + (±1 % від отриманого значення) (від –30 до 50 мм рт. ст.); ±3 % від отриманого значення) (від 50 до 300 мм рт. ст.).

11. Дрейф нуля <5 мм рт. ст./год.

12. Сумісність із провідниками. Повинен бути сумісним з провідником 0,014".

13. Особливості витягання катетера. При витяганні катетера на себе провідник має лишатися нерухомим.

Лот 19 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Цільнолита стегнова артеріальна канюля (34893 Канюля для штучного кровообігу артеріальна) - 3 шт.

Спеціальні вимоги:

- Стегнова артеріальна канюля 21 Fr (7,0 мм) - 1 шт. Конектор 3/8, довжина 31,3 см до 32,3 см.
- Стегнова артеріальна канюля 19 Fr (6,3 мм) - 1 шт. Конектор 3/8, довжина 31,3 см до 32,3 см.
- Стегнова артеріальна канюля 17 Fr (5,7 мм) - 1 шт. Конектор 3/8, довжина 31,3 см до 32,3 см

Для підтвердження щодо наявності типорозмірів у необхідній кількості учасник надає відповідний гарантійний лист.

Лот 20 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Стент для периферичних судин Епіс, або еквівалент (47932 Стент для периферичних артерій металевий непокритий) - 20 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Конструкція стент-системи. Стент повинен бути:

- виготовленим з нікель-титану (нітинолу);
- саморозгортуючимся;
- вирізаний лазером;
- мати гібридну систему комірок: комірки як відкритого, так і закритого типу.

2. Конфігурація системи доставки. Стент повинен бути попередньо встановленим на систему доставки типу OTW.

3. Рентгенконтрасність. Стент повинен мати рентгеноконтрастні танталові маркери на проксимальному та дистальному кінцях.

4. Діаметр стенту. Від 5 мм до 14 мм.

5. Довжина стенту. Від 20 мм до 120 мм.

6. Сумісність стент-системи з провідником. Стент-система повинна бути сумісною з провідником 0,035 дюймів.

7. Сумісність з інтродюсером. Стент-система повинна бути сумісною з інтродюсером 6 Fr (2,0 мм).

8. Довжина системи доставки. Повинні бути в наявності дві довжини системи доставки: 75 см та 120 см.

Лот 21 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Клапан серця аортальний біологічний Карпентьє-Едвардс, або еквівалент (60242 Біопротез серцевого аортального клапана) - 4 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Тип клапану – тристулковий біологічний, каркасний.
2. Матеріал стулок - бичачий перикард, відібраний за технологією PeriMap з лазерної детекцією товщини-щільності перикарда і електронним підбором лоскутів для клапанів різного розміру.
3. Обробка стулок - біопротез обробляється за методикою ThermaFix, що передбачає термообробку тканини в глютаральдегіді та використання етанолу та полісорбату-80, що запобігає розвитку кальцифікації та значно збільшує термін роботи клапану.
4. Матеріал основи каркасу – Кобальт-хром-нікелевий сплав Elgiloy, який має високу міцність, еластичність та рентгенконтрастність, покритого плетеним полотном з поліестеру.
5. Манжета – силіконовий каучук, вкритий пористою безшовною політетрафторетіленовою (PTFE) тканиною. Наявність трьох кольорових міток для полегшення процесу розташування протеза та накладання швів.
6. Профіль аортального клапану (посадочний діаметр /внутр. діаметр/ висота профілю/ зовнішній діаметр манжети, мм): - 19/18/13/24 - 21/20/14/26 - 23/22/15/28 - 25/24/16/30 - 27/26/17/32 - 29/28/18/34.
7. Можливість проведення МРТ дослідження в магнітному полі не більше ніж 3,0 Тл.
8. Обов'язкова поставка кожного клапану в індивідуальному термоізоляційному контейнері із пенопласту.
9. Біопротез повинен поставлятися в стерильному непірогенному розчині глютаральдегіду, в опломбованому пластиковому контейнері.
10. Обов'язкова наявність термодатчиків типу TagAlert з активацією на вплив екстремальних температур.

Загальні вимоги:

1. Медичні вироби повинні бути введені в обіг в Україні згідно вимог чинного законодавства України. Для підтвердження учасник надає копію відповідного документу (чи лист-роз’яснення щодо його відсутності) стосовно відповідності вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, або

Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, або Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують.

2. Медичні вироби повинні мати інструкцію із застосування українською мовою. Для підтвердження учасник надає копію інструкції з застосування медичних виробів.

3. Термін придатності товару на момент поставки повинен становити не менше 75% або не менше 12 місяців від загального терміну придатності, встановленого інструкцією із застосування медичних виробів (для підтвердження учасник надає гарантійний лист про термін придатності товару).

4. Строк поставки медичних виробів повинен становити не більше 10 днів з дати отримання письмової заявки Замовника. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист щодо строку поставки медичних виробів.

5. Учасник надає оригінал гарантійного листа, наданого безпосередньо виробником або його уповноваженим представником в Україні (якщо учасник не є виробником товару), що підтверджує можливість поставки товару, який є предметом закупівлі, у необхідній кількості, якості та у терміни, визначені документацією.

6. Запропонований товар повинен відповідати технічним, якісним та кількісним характеристиками, визначеним в документації. Для підтвердження відповідності учасник надає порівняльну таблицю, з посиланням на сторінку технічної документації виробника, на якій підтверджується значення показника згідно вимог замовника (інструкції з експлуатації або посібника користувача, або проспекту, або технічного опису, або технічних умов, або іншого технічного документу виробника з перекладом на українську мову).

7. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності) за формою 2.

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

№ лоту/ з/п	Найменування предмета закупівлі/товару	Торгівельна назва товару	Виробник, країна	Одиниця виміру	Кількість, од.

_____ _____ _____

посада уповноваженої особи учасника | м.п. * | підпис | прізвище, ініціали

.

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом “або еквівалент”.

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

17 811 951,22 грн (Сімнадцять мільйонів вісімсот одинадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят одна гривня 22 копійки), **без ПДВ**, зокрема:

лот 1 - 1 138 880,00 грн (Один мільйон сто тридцять вісім тисяч вісімсот вісімдесят гривень 00 копійок);

лот 2 - 1 093 458,00 грн (Один мільйон дев'яносто три тисячі чотириста п'ятдесят вісім гривень 00 копійок;

лот 3 - 109 905,48 грн (Сто дев'ять тисяч дев'ятсот п'ять гривень 48 копійок);

лот 4 - 178 035,90 грн (Сто сімдесят вісім тисяч тридцять п'ять гривень 90 копійок);

лот 5 - 35 960,82 грн (Тридцять п'ять тисяч дев'ятсот шістдесят гривень 82 копійки);

лот 6 - 1 771 060,00 грн (Один мільйон сімсот сімдесят одна тисяча шістдесят гривень 00 копійок);

лот 7 - 495 233,00 грн (Чотириста дев'яносто п'ять тисяч двісті тридцять три гривні 00 копійок);

лот 8 - 1 424 117,00 грн (Один мільйон чотириста двадцять чотири тисячі сто сімнадцять гривень 00 копійок);

лот 9 - 77 280,00 грн (Сімдесят сім тисяч двісті вісімдесят гривень 00 копійок);

лот 10 - 476 297,51 грн (Чотириста сімдесят шість тисяч двісті дев'яносто сім гривень 51 копійка);

лот 11 - 311 512,80 грн (Триста одинадцять тисяч п'ятсот дванадцять гривень 80 копійок);

лот 12 - 251 626,90 грн (Двісті п'ятдесят одна тисяча шістсот двадцять шість гривень 90 копійок);

лот 13 - 1 828 000,00 грн (Один мільйон вісімсот двадцять вісім тисяч гривень 00 копійок);

лот 14 - 332 239,05 грн (Триста тридцять дві тисячі двісті тридцять дев'ять гривень 05 копійок);

лот 15 - 5 639 898,06 грн (П'ять мільйонів шістсот тридцять дев'ять тисяч вісімсот дев'яносто вісім гривень 06 копійок);

лот 16 - 189 528,00 грн (Сто вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот двадцять вісім гривень 00 копійок);

.

лот 17 - 158 408,70 грн (Сто п'ятдесят вісім тисяч чотириста вісім гривень 70 копійок);
лот 18 - 1 095 700,20 грн (Один мільйон дев'яносто п'ять тисяч сімсот гривень 20 копійок);
лот 19 - 71 283,00 грн (Сімдесят одна тисяча двісті вісімдесят три гривні 00 копійок);
лот 20 - 805 489,40 грн (Вісімсот п'ять тисяч чотириста вісімдесят дев'ять гривень 40 копійок);
лот 21 - 328 037,40 грн (Триста двадцять вісім тисяч тридцять сім гривень 40 копійок).