

38510000-3 Мікроскопи (Мікроскопи, 2 лоти).

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Лот 1 - 38513100-5 Інвертовані мікроскопи - Інвертований мікроскоп дослідницького класу (17440 Інвертований світловий мікроскоп) - 1 шт.

Вимоги:

№ з/п	Технічні вимоги	Відповідність (так / ні), з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника
1	Інвертований мікроскоп дослідницького класу	Відповідність
2	Оптична система виправлена на нескінченність	Наявність
3	Схема освітлення з галогеновою лампою потужністю, не менше	100 Вт
4	Числова апертура конденсора, не менше	0,5
5	Можливість спостереження рельєфного контрасту	Відповідність
6	Об'єктиви:	
	4x	Не нижче планахромат, числова апертура не більше: 0,1 робоча відстань не більше: 18,5 мм
	10x	Не нижче план флюорит, числова апертура не більше: 0,3 робоча відстань не більше: 9,5 мм
	20x	Не нижче ахромат, числова апертура не більше: 0,4 робоча відстань не менше 2,8 мм
	40x	Не нижче планфлюорит, числова апертура не більше: 0,6 змінна робоча відстань в межах не менш: 3-4,2 мм
7	До комплектації поставки мають входити:	1. Нагрівна скляна вставка для стола мікроскопа 2. Комплект мікроманіпуляторів для екстракорпорального запліднення сумісні з мікроскопом та пневматичні інжектори - 2 шт.

Лот 2 - 38511000-0 Електронні мікроскопи - Мікроскоп медичний бінокулярний (35484 Мікроскоп світловий стандартний) - 1 шт.

Вимоги:

№ з/п	Технічні вимоги	Відповідність (так / ні), з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника
1	Призначення	Для спостереження збільшених зображень зразків у клінічній практиці і в дослідницькій діяльності, мікроскопії живих клітин або зразків, узятих з тканин, з метою отримання морфологічної інформації в лікарнях та лабораторіях.
2	Якість	Висока якість і одночасно різкість по усьому полю зображення
3	Оптична система, виправлена на нескінченність	Наявність
4	Світлодіодне вбудоване джерело світла з гарантійним терміном служби не менше 20000 годин	Наявність
5	Потужність світлодіодного джерела світла	Не більше ніж 0,5 Вт
6	Напруга джерела живлення	100-240 В
7	Частота змінного струму джерела живлення	50/60 Гц
8	Металевий каркас, виготовлений з легкого металу з захисним покриттям	Наявність
9	Рама мікроскопу, оснащена двома вигнутими консолями для переміщення	Наявність
10	Рама мікроскопу, оснащена ергономічними кольоровими ручками, що вказують на відповідні місця для утримання мікроскопа	Наявність
11	Столик без зубчастої рейки, з кришкою	Наявність
12	Розмір столика, не більше	120 x 132 мм
13	Діапазон переміщення столика, не менше	По осі X – 76 мм; по осі Y – 30 мм
14	Тримач зразка	Наявність
15	Механізм фокусування – механізм регулювання висоти столика	Наявність
16	Крок переміщення по шкалі ручки точного налаштування, не більше	2,5 мкм
17	Крок переміщення за один оберт ручки точного налаштування, не більше	0,3 мм
18	Загальний діапазон переміщення, не більше	15 мм

19	Ручка попереднього фокусування	Наявність
20	Регулювання зусилля обертання ручки грубого налаштування	Наявність
21	Конденсор Аббе	Наявність
22	Числова апертура конденсора, не менше	1,25
23	Апертурна ірисова діафрагма	Вбудована
24	Револьверна головка з чотирма отворами зі зворотною фіксацією	Наявність
25	Револьверна головка, зорієнтована усередину	Наявність
26	Бінокулярний тубус	Наявність
26	Кут нахилу бінокулярного тубуса, не більше	30°
27	Польове число, не менше	20
28	Діапазон регулювання міжзіничної відстані, не менше	Від 48 мм до 87 мм
29	Фіксатор для зручного обертання бінокулярів	Наявність
30	Регулювання висоти окулярів	Наявність
31	Окуляри зі збільшенням 10х та польовим числом 20 і анти-грибковим покриттям	Наявність
32	Діапазон регулювання міжзіничної відстані, не менше	Від 48 мм до 87 мм
33	Окуляри мають бути закріплені	Відповідність
34	Тип об'єктивів	Не нижче планахроматичних, антигрибкові
35	Об'єктив зі збільшенням 4х: - числова апертура, не більше робоча відстань не більше	0,10 27,8 мм
36	Об'єктив зі збільшенням 10х: - числова апертура, не більше робоча відстань не більше	0,25 8,0 мм
37	Об'єктив зі збільшенням 40х: - числова апертура, не більше робоча відстань не більше	0,65 0,6 мм
38	Об'єктив зі збільшенням 100х, олійний: - числова апертура, не більше робоча відстань не більше	1,25 0,13 мм
39	Відсік для зберігання, розташований на задній частині мікроскопу	Наявність
40	Вбудований роз'єм безпеки	Наявність

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.
2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах. Ця вимога підтверджується: - завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або - завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення, у разі якщо товар не є медичним виробом, учасник надає лист роз'яснення.
3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.
4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (надати лист підтвердження із вказанням адреси розташування та контактних телефонів сервісного центру) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).
5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).
6. Наявність належним чином оформленої інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською мовою (надати копії).
7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров'я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.
8. Термін поставки товару: 30 днів з дати отримання письмової заявки Замовника, але не пізніше 19.12.2025. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.
9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.
10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.
11. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності) за формою 2.

Форма 2

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

№ лоту/з/п	Найменування предмета закупівлі/товару	Торгівельна назва товару	Виробник, країна	Одиниця виміру	Кількість, од.

посада уповноваженої особи
учасника

м.п. * підпис

прізвище, ініціали

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом “або еквівалент”.

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

4 506 969,16 грн (Чотири мільйона п'ятсот шість тисяч дев'ятсот шістдесят дев'ять гривень 16 копійок), з ПДВ, зокрема:

лот 1 - 4 399 682,50 грн. (Чотири мільйона триста дев'яносто дев'ять тисяч шістсот вісімдесят дві гривні 50 копійок);

лот 2 - 107 286,66 грн. (Сто сім тисяч двісті вісімдесят шість гривень 66 копійок).