

33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (Інкубатор планшетний для репродуктивного біологічного матеріалу (44290 Термостат/інкубатор для репродуктивного біологічного матеріалу) - 1 шт.)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Інкубатор планшетний для репродуктивного біологічного матеріалу (44290 Термостат/інкубатор для репродуктивного біологічного матеріалу) - 1 шт.

Вимоги:

№ з/п	Технічні вимоги	Відповідність (так / ні), з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника
11	Тиск CO2 на вході, не менше ніж	1.5 бар
22	Тиск N2 на вході, не менше ніж	1.5 бар
33	Відновлення концентрації газу, не більше	4,5 хвилин
44	Падіння температури в камері при відкритті кришки протягом 10 с не більше, ніж на	0,1 °C
55	Споживання CO2, не більше	2,7 л/год
66	Споживання N2, не більше	4,4 л/год
77	Вбудований в інкубатор змінний НЕРА фільтр	Наявність
88	Аварійна система візуальна або звукова	Наявність
99	Вбудований в інкубатор змішувач газів CO2 та N2	Наявність
110	Програма контролю та моніторингу важливих параметрів (температури, концентрації газу) з виводом інформації на монітор інкубатора	Наявність
111	Порт датчика рН	Наявність
112	Наявність камер з окремим регулюванням температур у кожній камері, не менше ніж	6 камер
113	Підігрів кришки камери для запобігання конденсації. Кришка камери має бути з'ємною.	Наявність
114	Можливість розміщення в камері чашок Петрі діаметром 60мм в кількості не менше ніж	4 чашки
115	Можливість розміщення в камері чашок Петрі діаметром 35мм в кількості не менше ніж	8 чашок
616	Система рециркуляції газу	Наявність
117	Інтерфейс RS485 або Ethernet для збору даних	Наявність
118	Час запуску	Не більше 40 хв
119	Вага інкубатора	не вище ніж 60 кг
220	Фільтр (in-line) для газу CO2 з фільтрацією частинок від 0.1 мкм	Наявність

221	Фільтра (in-line) для газу N2 з фільтрацією частинок від 0.1 мкм	Наявність
-----	--	-----------

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.
2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах. Ця вимога підтверджується: - завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або - завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення, у разі якщо товар не є медичним виробом, учасник надає лист роз'яснення.
3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.
4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (надати лист підтвердження із вказанням адреси розташування та контактних телефонів сервісного центру) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).
5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).
6. Наявність належним чином оформленої інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською мовою (надати копії).
7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров'я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.
8. Термін поставки товару: 30 днів з дати отримання письмової заявки Замовника, але не пізніше 19.12.2025. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.
9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.
10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.
11. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності) за формою 2.

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

№ лоту/ з/п	Найменування предмета закупівлі/товару	Торгівельна назва товару	Виробник, країна	Одиниця виміру	Кількість, од.

посада уповноваженої особи
учасника

м.п. * підпис

прізвище, ініціали

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом “або еквівалент”.

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

1 506 004,50 грн (Один мільйон п'ятсот шість тисяч чотири гривні 50 копійок), з ПДВ.