

33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (Реабілітаційне обладнання, 14 лотів)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**:

Лот 1 - 33154000-4 Механотерапевтичні апарати - Реабілітаційний тренажер для нижніх кінцівок (36313 Тренажер для тривалого пасивного розроблення тазостегнового/колінного суглоба) - 2 шт.

Вимоги:

№ з/п	Медико-технічні вимоги	Наявність функції або величина параметру, яка вимагається	Відповідність (так / ні), з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника
1	Виріб має забезпечувати допомогу кінцівці швидко відновити свою функцію руху після операції	Відповідність	
2	Виріб має містити функцію пам'яті відключення, щоб забезпечити зручність для клінічного використання	Відповідність	
3	Панель управління з функціональними клавішами	Наявність	
4	Опора для ніг із жорсткою пластиною	Наявність	
5	Кнопки регулювання швидкості	Наявність	
6	Виріб має містити програмовану функцію паузи в кінці циклу розтягування та вигину	Відповідність	
7	Для зручності транспортування пристрій має бути оснащений двома коліщатами	Відповідність	
8	Виріб має комплектуватися ременем для фіксації стегна	Відповідність	
9	Ковзаючий механізм для розробки нижньої кінцівки (коліно, стегно)	Наявність	
10	Дротова миша для керування	Наявність	
11	Діапазон налаштування таймера	Не гірше 0-255 хв.	
12	Діапазон регулювання кута колінного суглобу	-5° - 120° (± 3%)	
13	Діапазон регулювання кута стегна	20°-100° (± 3%)	
14	Діапазон регулювання кута гомілковостопного суглоба	-30° - 60° (± 3%)	

15	Робочий діапазон швидкостей	4°~7.8°/с (0°~8°/с) (± 3%)	
16	Встановлений час роботи	Не менше 0-4 год.	
17	Номінальна потужність	Не менше 80 Вт (± 3%)	
18	Вага брутто	Не більше 21 кг (± 3%)	
19	Габаритні розміри (ДхШ)	730х260 мм (± 3%)	

Лот 2 - 33154000-4 Механотерапевтичні апарати - Реабілітаційний тренажер для верхніх кінцівок (36314 Тренажер для пасивного розроблення плеча) - 2 шт.

Вимоги:

№ з/п	Медико-технічні вимоги	Наявність функції або величина параметру, яка вимагається	Відповідність (так / ні), з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника
1	Тренажер має бути призначений для реабілітації верхніх кінцівок (для плеча та ліктя), покращення функцій руху та відновлення м'язово-суглобової активності після травм, операцій або нейрологічних захворювань верхніх кінцівок	Відповідність	
2	Конструкція тренажеру має включати: - панель управління - пульт управління - механізм регулювання і фіксації положень руки - опору для плеча з ручкою та двома фіксуючими ремнями - кнопку аварійної зупинки - опору для ліктя з ручкою та двома фіксуючими ремнями - висувний кронштейн - колеса з гальмами - регулювану по висоті стійку з колесами	Відповідність	
3	Ширина основи з колесами	400 мм (± 5 мм)	
4	Довжина основи з колесами	520 мм (± 5 мм)	
5	Вага виробу	Не більше 55 кг	
6	Діапазон кута розгинання	Не гірше 0 - 5° (± 3%)	

7	Діапазон кута згинання	Не гірше 3 - 120° (± 3%)	
8	Панель управління має містити наступні кнопки: - кнопку аварійної зупинки - кнопку регулювання швидкості - кнопку вибору кута згинання - кнопку вибору кута розгинання - кнопку регулювання вибору показника - кнопку регулювання кута розгинання - кнопку регулювання кута згинання - кнопку старт/стоп - кнопку таймер - кнопку вибору режиму (великий, середній, малий) - кнопку вибору режиму (швидкість, кут згинання/розгинання)	Відповідність	

Лот 3 - 33155000-1 Фізіотерапевтичні апарати - Вертикалізатор (42577 Фізіотерапевтичний стіл із живленням від електромережі) - 1 шт.

Вимоги:

№ з/п	Медико-технічні вимоги	Наявність функції або величина параметру, яка вимагається	Відповідність (так / ні), з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника
1	Виріб має використовуватись для тренувань з реабілітації руху кінцівок для користувачів з дисфункцією руху кінцівок, спричиненою інсультом, черепно-мозковою травмою	Відповідність	
2	Виріб має використовуватись для виконання тренувань стоячи відповідно до різних станів користувача, які можуть бути адаптовані до положення стоячи (паралізовані користувачі), а також відновлення здатності стояти після травми або хвороби	Відповідність	
3	Виріб має складатись із металевої рами з порошковим покриттям	Відповідність	
4	В частині для ніг каркас рами має бути ширший для кращої стійкості	Відповідність	
5	Опорний столик має складатись з вигнутої металевої трубки та стільниці, виконаної з АБС	Відповідність	

	пластику		
6	Пластикові частини виробу мають бути виготовлені з АБС пластику	Відповідність	
7	Ложе ліжка має складатись з трьох секцій: спинної секції та двох секцій для ніг	Відповідність	
8	Секції ложа ліжка мають бути виготовлені з поліуретану	Відповідність	
9	Стільниця повинна мати виріз для грудної клітини	Відповідність	
10	Столик і каркас столика мають бути такими, що знімаються	Відповідність	
11	Виріб повинен комплектуватися пластинами для гомілковостопного суглоба	Відповідність	
12	Діаметр коліс	Не менше 125 мм	
13	Пластина для гомілковостопного суглоба має бути регульована	Відповідність	
14	Виріб має комплектуватись широкими тримальними ремнями у кількості 6 штук	Відповідність	
15	Виріб має комплектуватись електричним дрововим пультом керування	Відповідність	
16	Виріб має містити кнопку аварійної зупинки на нижньому каркасі ліжка	Відповідність	
17	На кожному колесі має бути встановлена індивідуальна система гальм	Відповідність	
18	Виріб має містити вигнуте ребро жорсткості на нижньому каркасі ліжка	Відповідність	
19	Виріб має комплектуватись одним електродвигуном	Відповідність	
20	Виріб повинен мати ступінь захисту від потрапляння рідини IPX0	Відповідність	
21	Габаритні розміри виробу (ДхШхВ)	2080x885x1000-2230 мм (± 5 мм)	
22	Діапазон регулювання висоти виробу	Не гірше 1000-2230 мм (± 5 мм)	
23	Вага виробу нетто	Не більше 89 кг	
24	Виріб має бути стійким до дезінфікуючих засобів	Відповідність	

Лот 4 - 33155000-1 Фізіотерапевтичні апарати - Вертикалізатор з сенсорним управлінням (42577 Фізіотерапевтичний стіл із живленням від електромережі) - 4 шт.

Вимоги:

№	Медико-технічні вимоги	Наявність функції або	Відповідність
---	------------------------	-----------------------	---------------

з/п		величина параметру, яка вимагається	(так / ні), з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника
1	Апарат забезпечує можливість переводити пацієнта з горизонтального положення у вертикальне і навпаки з фіксацією в проміжних положеннях та плавною зміною кута нахилу	Відповідність	
2	Повинен бути обладнаний електроприводом для регулювання кута нахилу ложа	Наявність	
3	Повинен бути обладнаний ремнями фіксації пацієнта	Наявність	
4	Опора/опори для пацієнта	Наявність	
5	Регулювання положення опори/опор для пацієнта	Відповідність	
6	Повинен бути обладнаний платформою/підставками для ніг	Відповідність	
7	Розмір ложа	Не менше 190×60 см	
8	Діапазон регулювання висоти	Не гірше 57-77 см	
9	Діапазон регулювання кута нахилу ложа	Не гірше -7° до 85°	
10	Діапазон регулювання нахилу підставки для стопи вліво/вправо	Не гірше ± 25°	
11	Діапазон регулювання нахилу підставки для стопи вперед/назад	Не гірше 15°/-10°	
12	Діапазон регулювання часу процедури	Не гірше 0-120 хв.	
13	Діапазон регулювання швидкості підйому ложа	Не гірше 10-30 мм/с	
14	Кнопка аварійної зупинки	Наявність	
15	Пульт управління	Наявність	
16	Панель управління з сенсорним керуванням	Наявність	
17	Дисплей панелі управління	Не менше 10 дюймів	
18	Приведення в «нульове положення» за допомогою однієї кнопки	Наявність	
19	Чотири колеса з гальмами	Наявність	
20	Максимальне навантаження	Не менше 170 кг	
21	Зовнішні розміри в розкладеному стані	210×100×225 см	

	(ДхШхВ)	(± 5 см)	
22	Вага	Не більше 95 кг	

Лот 5 - 33154000-4 Механотерапевтичні апарати - Реабілітаційний тренажер для верхніх та нижніх кінцівок (10383 Велоергометр) - 3 шт.

Вимоги:

№ з/п	Медико-технічні вимоги	Наявність функції або величина параметру, яка вимагається	Відповідність (так / ні), з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника
1	Реабілітаційний тренажер для верхніх та нижніх кінцівок	Наявність	
2	Тренажер має бути двонаправленим пристроєм для реабілітації верхньої частини тіла (ергометр) і нижньої частини тіла (педальний тренажер) з електронним контролем магнітного опору	Відповідність	
3	Тренажер має використовуватись як на підлозі, так і на столі	Відповідність	
4	Тренажер може використовуватись для людей в інвалідних візках, які проходять реабілітацію, фізичну терапію або щоденні оздоровчі вправи	Відповідність	
5	У тренажері має бути передбачений календар тренувань, що зберігається на USB носії	Відповідність	
6	Конструкція тренажеру має бути встановлена на металеву основу з протиковзкими ніжками	Наявність	
7	Габаритні розміри (ДхШхВ)	610x520x760 мм (± 5 мм)	
8	Тренажер має бути обладнаний 9-дюймовим LCD дисплеєм	Відповідність	
9	Кількість рівнів опору	Не менше 32	
10	Максимальне робоче навантаження	Не менше 120 кг	
11	Вага тренажера	Не більше 26 кг	

Лот 6 - 33154000-4 Механотерапевтичні апарати - Велоергометр (10383 Велоергометр) - 2 шт.

Вимоги:

№ з/п	Медико-технічні вимоги	Наявність функції або величина параметру, яка вимагається	Відповідність (так / ні), з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника
1	Тренажер призначений для використання як повноцінний стаціонарний тренажер для реабілітації в медичній та терапевтичній діяльності, а також як ергометрична система для стрес-тестування, підготовлена для автономної ручної/автоматичної роботи та керується цифровим електрокардіографом	Наявність	
2	Конструкція тренажера має складатись з: - основи з колесами - захисного корпусу - поворотної консолі з сенсорним дисплеєм TFT 10.1 - керма - педалей (2 шт.) - сидіння - ніжок для фіксації на підлозі (4 шт.)	Відповідність	
3	Металева основа тренажера	Наявність	
4	Матеріал корпусу тренажера - АБС пластик	Відповідність	
5	Тренажер має бути оснащений електродинамічним гальмом	Відповідність	
6	Діапазон регулювання швидкості	Не гірше 3-130 об/хв.	
7	Регулювання висоти сидіння	Не менше 1200-2100 мм	
8	Максимальне безпечне навантаження	Не менше 180 кг	
9	Габаритні розміри (ДхШхВ)	1100x530x1300 мм (± 5 мм)	
10	Вага	Не менше 60 кг	
11	Тренажер повинен бути оснащений двома колесами для зручності транспортування	Наявність	
12	Кут обертання керма на 360°	Відповідність	

13	Кут нахилу консолі на 180°	Відповідність	
14	Наявність вихрострумowego гальма з комп'ютерним керуванням і вимірюванням моменту	Відповідність	
15	Тяга	Ланцюгова	
16	Комплектація тренажеру має додатково передбачати: - шнур живлення - кабель RS232	Відповідність	
17	Візуалізація за допомогою кольорової світлодіодної шкали обертання педалей (об/хв.) на протилежній стороні дисплея в корпусі консолі	Відповідність	
18	Функції консолі: - дистанційне керування RS232 - керівництво - особисті дані - зворотний відлік часу - зворотний відлік відстані - зворотний відлік калорій - алаштуванні профілі (100) - тестування: 25Wx2, 25Wx3, 10Wx1, Рампа, 50Wx2, 30Wx2, 30Wx3, Налаштовуване тестування 01...109.	Відповідність	
19	Дисплей повинен відображати: - час (гг:хх:сс), відстань (км), час до (км), калорії (ккал), ват, обертів на хвилину (об/хв.) та швидкість (км/год.) - графік тренувань - вибір мови	Відповідність	

Лот 7 - 33154000-4 Механотерапевтичні апарати - Стельовий підйомник (38129 Система підймання та перенесення пасажирів повітряним шляхом) - 2 шт.

Вимоги:

№ з/п	Медико-технічні вимоги	Наявність функції або величина параметру, яка вимагається	Відповідність (так / ні), з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника
1	Стельовий підйомник призначений для піднімання пацієнта з візка та підтримки при	Відповідність	

	навчанні ходьби		
2	Довжина рейкової системи	Не менше 6 м	
3	Наявність електродвигунів	Не менше 2 шт.	
4	Підйомник повинен мати функцію електричного аварійного опускання та додаткового механічного опускання	Відповідність	
5	Комплектація підйомника має складатися з: - направляючої рейки - зарядного пристрою - дрового пульта управління - двох акумуляторних батарей - підйомного кронштейна з гачками - слінгу для активної реабілітації	Відповідність	
6	Безпечне навантаження	Не менше 300 кг	
7	Габаритні розміри (ДхШ)	417х255 мм (± 5 мм)	
8	Швидкість підйому при навантаженні 260 кг	Не менше 2,7 см/с	
9	Довжина піднімального ремня	Не менше 2400 мм	
10	Матеріал рейки - сплав алюмінію	Відповідність	

Лот 8 - 33155000-1 Фізіотерапевтичні апарати - Багатофункціональний тренажер (30908 Пристрій для тренування координації реабілітаційний) - 1 шт.

Вимоги:

№ з/п	Медико-технічні вимоги	Наявність функції або величина параметру, яка вимагається	Відповідність (так / ні), з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника
1	Багатофункціональний тренажер на 8 комбінацій призначений для проведення індивідуальної кінезо-слінг-терапії (підвісної терапії)	Наявність	
2	Тренажер має застосовуватись для реабілітації хворих після перенесених захворювань опорно-рухового апарату, хребта і суглобів, функціональних порушень опорно-рухового апарату, захворювань і травм головного і спинного мозку з руховими порушеннями; після імплантації або хірургічних втручань	Відповідність	
3	Основа тренажеру - металевий рамний каркас	Відповідність	

4	Каркас має бути виготовлений з металевого профілю, покритого полімерно-порошковою фарбою, стійкою до дезінфікуючих розчинів	Відповідність	
5	Габарити металевих каркасу (ДхШхВ)	3170х2450х2390 мм (± 10 мм)	
6	Каркас тренажеру має бути встановлено на колеса з індивідуальним блокуванням	Не менше 4х	
7	Верх каркасу оснащено двома металевими решітками	Наявність	
8	Багатофункціональний тренажер повинен мати у своєму складі 8 тренажерів: 1. Тренажер з кільцевим блоком 2. Тренажер плечового суглоба у вигляді драбини 3. Підвісна слінг-система 4. Тренажер для реабілітації кистьового суглоба 5. Тренажер реабілітації плечового суглоба 6. Тренажер для реабілітації передпліччя 7. Тягове кільце 8. Подвійний тренажер для рук	Відповідність	
9	До складу багатофункціонального тренажеру має входити реабілітаційне ліжко	Відповідність	
10	Габарити реабілітаційного ліжка (ДхШхВ)	198х76х42 см (± 3%)	
11	Максимальне навантаження реабілітаційного ліжка	Не менше 135 кг (± 3%)	
12	Реабілітаційне ліжко має бути облаштовано трьома ремнями для фіксування та безпеки пацієнта	Відповідність	
13	Поверхня реабілітаційного ліжка повинна мати отвір для обличчя в головній секції	Відповідність	
14	Реабілітаційне ліжко має бути встановлено на 4 металеві ніжки, покриті порошкоподібною фарбою	Відповідність	
15	Матеріал покриття лежачої поверхні реабілітаційного ліжка - високоякісна синтетична шкіра	Наявність	

Лот 9 - 33155000-1 Фізіотерапевтичні апарати - Бігова доріжка (33015 Доріжка бігова стандартна з електроживленням) - 1 шт.

Вимоги:

№ з/п	Медико-технічні вимоги	Наявність функції або величина	Відповідність (так / ні), з посиланням на
-------	------------------------	--------------------------------	---

		параметру, яка вимагається	відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника
1	Бігова доріжка підходить для людей похилого віку, які шукають безпечний спосіб активного пересування, для тих, хто проходить відновлення після травми, або для людей з обмеженими можливостями пересування	Відповідність	
2	Бігова доріжка повинна мати можливість використовуватись у поєднанні з іншими реабілітаційними пристроями, такими як системи для тренування ходи	Відповідність	
3	Потужність двигуна	Не менше 1,83 кВт	
4	Максимальна швидкість	Не менше 10 км/год.	
5	Мінімальна швидкість	Не більше 0,1 км/год.	
6	Електричне керування біговою доріжкою	Відповідність	
7	Бічні поручні вздовж всієї бігової доріжки	Наявність	
8	Колеса для зручного транспортування	Наявність	
9	Консоль з ручками для вимірювання серцебиття	Наявність	
10	Комп'ютер з LCD екраном	Наявність	
11	Комп'ютер повинен відображати час, відстань, калорії, швидкість, пульс	Відповідність	
12	Діапазон швидкості при зворотному ході	Не гірше 0-5 км/год.	
13	Габаритні розміри (ДхШхВ)	Не більше 1920х820х1280 мм	
14	Розміри бігового полотна (ДхШ)	1550х495 мм (± 10 мм)	
15	Максимальне навантаження	Не менше 220 кг	
16	Вага бігової доріжки	Не більше 100 кг	

Лот 10 - 33155000-1 Фізіотерапевтичні апарати - Бігова доріжка (33015 Доріжка бігова стандартна з електроживленням) - 1 шт.

Вимоги:

№ з/п	Медико-технічні вимоги	Наявність функції або величина параметру, яка вимагається	Відповідність (так / ні), з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника
1	Бігова доріжка має бути призначена для реабілітації в медичній і терапевтичній діяльності, а також як ергометрична система для стрес-тестів	Відповідність	
2	Бігова доріжка має бути призначена для ручного/автоматичного автономного режиму роботи і керована цифровим електрокардіографом, оснащеним інтерфейсом RS232	Відповідність	
3	Бігова доріжка має бути призначена для дорослих і дітей старше 16 років	Відповідність	
4	Багатофункціональна цифрова консоль з сенсорним екраном	Наявність	
5	Цифрова консоль має бути з наступними показниками: Час, Відстань, Час до, Калорії, Швидкість і Нахил	Відповідність	
6	Нахил	Не менше 0 - 22%	
7	Збільшення нахилу	Не більше 0,5 - 1%	
8	10-дюймовий сенсорний дисплей	Наявність	
9	Швидкість руху вперед	Не менше 0,1 - 20,0 км/год.	
10	Швидкість зворотного ходу	Не менше 0,1 - 5,0 км/год.	
11	Збільшення швидкості	Не більше 0,1 км/год.	
12	Електронна зміна швидкості та нахилу	Відповідність	
13	Самоцентрувальна система бігового полотна	Наявність	
14	Самозмашувальна система бігового полотна	Наявність	
15	Розміри бігової поверхні, ДхШ	140 x 48 см (± 3%)	
16	У пристрої має бути передбачено звукове повідомлення про натискання клавіш	Відповідність	
17	Потужність двигуна	Не менше 2НР	

		АС	
18	Споживана потужність при максимальній швидкості	Не більше 2000 ВА	
19	Рівень шуму	Не більше 30 дБ	
20	Максимальна вага користувача	Не менше 150 кг ($\pm 3\%$)	
21	Наявність кнопки аварійної зупинки та витяжного тросу з магнітом	Відповідність	
22	Габарити, ШхДхВ	70x188x142 см ($\pm 3\%$)	
23	Вага пристрою	Не більше 145 кг ($\pm 3\%$)	
24	Наявність колеса для транспортування	Відповідність	
25	Кабель RS232	Наявність	
26	Функції консолі: - дистанційне використання за допомогою RS232 роз'єму - ручний режим - зберігання персональних даних - зменшення часу тренування - збільшення відстані - збільшення калорій - тести	Відповідність	
27	До додаткового комплекту поставки мають входити: - довгі бічні поручні - система ременів - пандус - комплект під пахви - спеціальна опора (кронштейн) + жилет для системи ременів	Відповідність	

Лот 11 - 33155000-1 Фізіотерапевтичні апарати - Реабілітаційний комплекс (30908 Пристрій для тренування координації реабілітаційний) - 1 шт.

Вимоги:

№ з/п	Медико-технічні вимоги	Відповідність (так / ні), з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника
-------	------------------------	---

1	Тренажер призначений для відновлення рухових функцій верхніх та нижніх кінцівок. Реабілітація після травм, при захворюваннях нервової системи, опорно-рухового апарату у ревматологічних і кардіологічних хворих, після протезування. На комплексі можуть займатися одночасно 4 пацієнта.	
2	Каркас являє собою зварну конструкцію з повузлово розбірними елементами за рахунок болтових з'єднань, виготовлену зі сталейних профільних труб квадратного перерізу з товщиною стінки 2 мм та листового металу, захищеного антикорозійним покриттям (порошкова фарба). Для унеможливлення перекидання під час використання в конструкції виробу повинно бути передбачено закріплення до підлоги.	
3	На каркасі закріплені дві металеві полиці, на яких можна розміщувати тренажери	
4	Габаритні розміри: Ширина x Довжина x Висота, мм, не більше: 850*760*1810	
5	Максимальна вага пацієнта, не більше (кг): 80	
6	Комплектація: 1. Тренажер маятниковий для верхніх кінцівок кистевий 2. Тренажер ротаційний для верхніх кінцівок маховий 3. Тренажер ротаційний для нижніх кінцівок підлоговий 4. Тренажер ротаційний для нижніх кінцівок гомілкостопний 5. Тренажер ротаційний для верхніх кінцівок настінний 6. Тренажер «Драбинка для відведення плеча» 7. Кронштейн з петлею Гліссона 8. Кронштейн «Вільні рухи» 9. Тренажер 10. Тренажер ротаційний для верхніх кінцівок кистевий 11. Тренажер з пружним опором для верхніх кінцівок 12. Тренажер з пружним опором для нижніх кінцівок	

Лот 12 - 33155000-1 Фізіотерапевтичні апарати - Тренажер у вигляді паралельних брусів (30926 Тренажер у вигляді паралельних брусів для тренувань без електроживлення) - 1 шт.

Вимоги:

№ з/п	Медико-технічні вимоги	Наявність функції або величина параметру, яка вимагається	Відповідність (так / ні), з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника

1	Тренажер у вигляді брусів має бути розроблений для тренування ходи пацієнтів із захворюваннями кістково-суглобової системи, нервової системи та людей похилого віку	Відповідність	
2	За допомогою тренування ходи на тренажері має коригуватись вальгус стопи і відведення стегна під час ходьби та підвищуватись стійкість ходьби	Відповідність	
3	Габаритні розміри (ДхШхВ)	302x115x79-123 см ($\pm 3\%$)	
4	Конструкція тренажера має складатись з: - поручнів - опор для регулювання ширини поручня - висувних стійок для регулювання висоти поручня - опор для висувної стійки - випрямляючої пластини - основи	Відповідність	
5	Можливість регулювання висоти та ширини поручня	Відповідність	
6	Діапазон регулювання висоти поручня	Не гірше 79 - 123 см ($\pm 3\%$)	
7	Діапазон регулювання ширини поручня	Не гірше 34 - 64 см ($\pm 3\%$)	
8	Діаметр поручня	Не більше 38 мм ($\pm 3\%$)	
9	Статичне навантаження на поручень	Не менше 135 кг	
10	Нахил випрямляючої пластини	Не менше 15° ($\pm 3\%$)	

Лот 13 - 33155000-1 Фізіотерапевтичні апарати - Степ платформа реабілітаційна (30908 Пристрій для тренування координації реабілітаційний) - 4 шт.

Вимоги:

№ з/п	Медико-технічні вимоги	Відповідність (так / ні), з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника
1	Призначена для реабілітації та допомоги у відновленні рухових функцій нижніх кінцівок та суглобів, збільшення м'язової сили ніг, розвитку, після перенесених травм та хвороб різного походження та допомоги людям, що мають фізичні вади	

2	В залежності від індивідуальних потреб платформа регулюється по висоті	
3	Зовнішня поверхня брусів повинна бути стійкою до оброблення 2% водним розчином мийних засобів та дозволеними дезінфекційними засобами, зареєстрованими в Державному реєстрі дезінфекційних засобів України	
4	Габаритні розміри: Довжина: не більше 420 мм Ширина: не більше 810 мм Висота: не більше 1000....1385 мм	
5	Маса користувача: до 120 кг	
6	Маса: не більше 16 кг	

Лот 14 - 33155000-1 Фізіотерапевтичні апарати - Сходи з похилою площиною (35058 Тренажер, що імітує підймання сходами, без електроживлення) - 1 шт.

Вимоги:

№ з/п	Медико-технічні вимоги	Відповідність (так / ні), з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника
1	Сходи призначені для відновлення рухів нижніх кінцівок та суглобів різного походження після перенесених травм і хвороб та допомоги людині, що має фізичні вади; тренування координації рухів та уміння підтримувати рівновагу, балансування у стоячому положенні, допомоги при відновленні навичок ходьби та тренування різних груп м'язів; реабілітації та профілактики, формування м'язів кінцівок в тренуючому режимі у хворих з неврологічними синдромами, зняття втоми м'язів кінцівок та поліпшення загального фізичного стану дітей та дорослих. Для полегшення підйому, спуску та для опори під час ходьби обладнані поручнями	
2	Висота поручнів регулюється	
3	Каркас сходів виготовлений з металевого профілю, покритий полімерно-порошковою фарбою, стійкою до дезінфікуючих розчинів	
4	Підлога сходів виготовлена з водостійкої фанери	
5	Габаритні розміри, не більше: Довжина - 2400 мм Ширина - 1500 мм Висота - 1200...1400 мм Маса - 85 кг	
6	Максимальна вага пацієнта - не більше 100 кг	

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.
2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах. Ця вимога підтверджується: - завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або - завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення. Якщо обладнання не є медичним виробом, учасник надає лист-роз'яснення.
3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.
4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (надати лист-підтвердження із вказанням адреси розташування та контактних телефонів сервісного центру) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).
5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).
6. Наявність належним чином оформленої інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською мовою (надати копії).
7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров'я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.
8. Термін поставки товару: 30 днів з дати отримання письмової заявки Замовника, але не пізніше 19.12.2025. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.
9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.
10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.
11. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності) за формою 2.

Форма 2

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

№ лоту/з/п	Найменування предмета закупівлі/товару	Торгівельна назва товару	Виробник, країна	Одиниця виміру	Кількість, од.

посада уповноваженої особи
учасника

м.п. * підпис

прізвище, ініціали

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом “або еквівалент”.

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

6 349 767,30 грн (Шість мільйонів триста сорок дев'ять тисяч сімсот шістдесят сім гривень 30 копійок), з ПДВ, зокрема:

лот 1 - 273 958,50 грн (Двісті сімдесят три тисячі дев'ятсот п'ятдесят вісім гривень 50 копійок);

лот 2 - 304 402,10 грн (Триста чотири тисячі чотириста дві гривні 10 копійок);

лот 3 - 174 048,33 грн (Сто сімдесят чотири тисячі сорок вісім гривень 33 копійки);

лот 4 - 858 293,32 грн (Вісімсот п'ятдесят вісім тисяч двісті дев'яносто три гривні 32 копійки);

лот 5 - 519 797,34 грн (П'ятсот дев'ятнадцять тисяч сімсот дев'яносто сім гривень 34 копійки);

лот 6 - 751 574,86 грн (Сімсот п'ятдесят одна тисяча п'ятсот сімдесят чотири гривні 86 копійок);

лот 7 - 1 639 727,88 грн (Один мільйон шістсот тридцять дев'ять тисяч сімсот двадцять сім гривень 88 копійок);

лот 8 - 217 811,40 грн (Двісті сімнадцять тисяч вісімсот одинадцять гривень 40 копійок);

лот 9 - 311 112,95 грн (Триста одинадцять тисяч сто дванадцять гривень 95 копійок);

лот 10 - 982 450,00 грн (Дев'ятсот вісімдесят дві тисячі чотириста п'ятдесят гривень 00 копійок);

лот 11 - 157 189,00 грн (Сто п'ятдесят сім тисяч сто вісімдесят дев'ять гривень 00 копійок);

лот 12 - 34 696,57 грн (Тридцять чотири тисячі шістсот дев'яносто шість гривень 57 копійок);

лот 13 - 79 642,00 грн (Сімдесят дев'ять тисяч шістсот сорок дві гривні 00 копійок);

лот 14 - 45 063,05 грн (Сорок п'ять тисяч шістдесят три гривні 05 копійок).