

**33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні
(Стерилізаційне обладнання, 2 лоти)**

**1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета
закупівлі**:**

Лот 1 - 33191100-6 Стерилізатори - Стерилізатор паровий (автоклав)
(38671 Стерилізатор паровий) - 3 шт.

Вимоги:

№ з/п	Наявність функції або величина параметра	Відповідність (так / ні), з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника
1	Призначення: стерилізація водяним насиченим паром під тиском рідин (у відкритих та герметичних контейнерах), підготовка агару, стерилізація піпеток та скляного посуду, стерилізація біологічно небезпечних речовин та відходів, інше	
2	Орієнтація камери: вертикальна	
3	Об'єм камери: 100 л (+/- 10 %)	
4	Матеріал стерилізаційної камери та парогенератора: нержавіюча сталь	
5	Діапазон температур стерилізації не гірше, ніж 105-135°C	
6	Максимальний робочий тиск 2,5 бар	
7	Наявність функції камери Коха	
8	Наявність вбудованого парогенератору під тиском окремо від стерилізаційної камери	
9	Наявність функції автоматичного блокування кришки (дверцят) стерилізатору	
10	Замикання та відкриття кришки (дверцят) стерилізатору повинно здійснюватися за допомогою кнопки. Без використання додаткових ручок, вентилів тощо	
11	Система швидкого охолодження	
12	Стерилізатор повинен мати автоматичне виконання всіх програм стерилізації	
13	Стерилізатор повинен мати можливість внесення змін до запрограмованих виробником параметрів стерилізації користувачем	
14	Стерилізатор повинен мати не менше, ніж 10	

	запрограмованих виробником програм стерилізації	
15	Стерилізатор повинен мати візуальний контроль тиску	
16	Стерилізатор повинен мати візуальний контроль температури	
17	Стерилізатор повинен мати можливість керування режимами стерилізації	
18	Стерилізатор повинен мати функцію автоматичного очищення парогенератора в кінці кожного циклу	
19	Стерилізатор повинен бути оснащений мікропроцесорним управлінням	
20	Стерилізатор повинен мати систему швидкого охолодження	
21	Стерилізатор повинен мати локалізоване меню та усі повідомлення на дисплеї повинні відображатися українською мовою	
22	Стерилізатор повинен відображати повідомлення про збої в роботі на дисплеї	
23	Стерилізатор повинен бути обладнаний функцією підтримки тиску в камері під час охолодження рідин	
24	Стерилізатор повинен бути обладнаний вакуумним насосом	
25	Стерилізатор повинен мати загальну потужність не більше 10 кВт	
26	Стерилізатор повинен бути обладнаний компресором стислого повітря з низьким рівнем шуму з об'ємом ресивера не менше 30 літрів	
27	Стерилізатор повинен бути обладнаний кошиками з нержавіючої сталі та нержавіючої сітки для стерилізації контейнерів з рідинами	
28	Стерилізатор повинен бути обладнаний електричним краном для проведення завантаження та розвантаження кошиків (входить в комплект постачання)	
29	Стерилізатор повинен мати вбудований матричний принтер для друку параметрів стерилізації після процесу стерилізації	
30	Стерилізатор повинен бути оснащений фільтром HEPA	

Лот 2 - 33191100-6 Стерилізатори - Низькотемпературний плазмовий стерилізатор (36305 Плазмовий стерилізатор) - 1 шт.

Вимоги:

№ з/п	Наявність функції або величина параметра	Відповідність (так / ні), з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника
1	Призначення: устаткування призначене для стерилізації виробів медичного призначення, проводів та кабелів, оптичних лінз, скляних лінз, жорстких ендоскопів, катетерів, хірургічних інструментів та інших медичних інструментів плазмою пероксиду водню	
2	Вага, не більше 400 кг	
3	Низькотемпературний стерилізатор повинен мати дві двері для завантаження та розвантаження	
4	Розмір камери, придатний до використання: 100 літрів +/- 10%	
5	Форма камери: прямокутна	
6	Низькотемпературний стерилізатор повинен бути обладнаний колесами	
7	Матеріал стерилізаційної камери - алюміній	
8	Низькотемпературний стерилізатор повинен мати не менше 2-х полиць	
9	Низькотемпературний стерилізатор повинен працювати за рахунок стерилізуючого засобу H ₂ O ₂ , з концентрацією не менше 58%	
10	Низькотемпературний стерилізатор повинен мати функцію автоматичного визначення та видалення залишку H ₂ O ₂	
11	Стерилізаційний засіб H ₂ O ₂ , з концентрацією не менше 58%, повинен зберігатися у флаконі (пляшці)	
12	В комплект постачання повинно входити 5 флаконів (пляшок) із стерилізаційним засобом H ₂ O ₂	
13	Низькотемпературний стерилізатор повинен мати тиск стерилізації, не менше 50 Па	
14	Низькотемпературний стерилізатор повинен мати кількість програм стерилізації, не менше 2-х	
15	Низькотемпературний стерилізатор повинен мати три цикли стерилізації: короткий - до 40 хвилин (предмети, що не контактують з кров'ю та іншими рідинами), стандартний - до 70 хвилин (більшість хірургічних інструментів) та розширений - до 80 хвилин (довгі гнучкі ендоскопи та складні предмети).	
16	Низькотемпературний стерилізатор повинен мати температуру стерилізації 50-60°C	

17	Низькотемпературний стерилізатор повинен бути оснащений сенсорним дисплеєм управління з розміром не менше, ніж 7 дюймів	
18	Низькотемпературний стерилізатор повинен бути оснащений вмонтованим принтером	
19	Низькотемпературний стерилізатор повинен мати споживану потужність, не більше або дорівнює 4 кВт	

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах. Ця вимога підтверджується: - завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або - завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення. Якщо обладнання не є медичним виробом, учасник надає лист-роз'яснення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (надати лист-підтвердження із вказанням адреси розташування та контактних телефонів сервісного центру) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність належним чином оформленої інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською мовою (надати копію).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров'я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: 30 днів з дати отримання письмової заявки Замовника, але не пізніше 19.12.2025. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності) за формою 2.

Форма 2

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

№ лоту/з/п	Найменування предмета закупівлі/товару	Торгівельна назва товару	Виробник, країна	Одиниця виміру	Кількість, од.

посада уповноваженої особи
учасника

м.п. * підпис

прізвище, ініціали

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом “або еквівалент”.

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

5 043 833,34 грн (П'ять мільйонів сорок три тисячі вісімсот тридцять три гривні 34 копійки), з ПДВ, зокрема:

лот 1 - 2 055 500,01 грн (Два мільйона п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот гривень 01 копійка);

лот 2 - 2 988 333,33 грн (Два мільйона дев'ятсот вісімдесят вісім тисяч триста тридцять три гривні 33 копійки).

Виконавець:
Начальник відділу тендерних процедур
управління економіки

Лілія БЕДЕНОК

Заступник начальника управління
економіки

Леся ШМУЛЬКО