

**33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення
різні (Стерилізаційне обладнання, 3 лота).**

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Лот 1 - 33191100-6 Стерилізатори - Стерилізатор паровий 100 літрів, з системою очистки води (38671 Стерилізатор паровий) - 1 шт.

Вимоги:

№ з/п	Наявність функції або величина параметра	Відповідність (так / ні), з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника
1.	Призначення: парова стерилізація	
2.	Стерилізатор повинен мати вбудований парогенератор	
3.	Частини, що контактують з паром мають бути виконані з нержавіючої сталі	
4.	Об'єм стерилізаційної камери має бути 100 л.	
5.	Температурний діапазон стерилізації не менше 105-135°C	
6.	Можливість самостійного програмування не менше як 10 програм стерилізації	
7.	Наявність тестових програм стерилізації та працездатності вакуумної системи (Vacuum Test, Bowie&Dick Test)	
8.	Наявність режиму попереднього розігріву камери	
9.	Наявність рідкокристалічного сенсорного дисплею	
10.	Наявність пам'яті на не менше 30000 циклів	
11.	Зовнішні розміри не більше (ДхШхВ) мм 900х700х1200	
12.	Споживна потужність не більше 8000 Вт	
13.	Комплект постачання (надати гарантійний лист): - Стерилізатор 100 л – 1 шт. - Система підготовки води – 1 шт.	

Лот 2 - 33191100-6 Стерилізатори - Стерилізатор паровий 300 літрів, з системою очистки води (38671 Стерилізатор паровий) - 1 шт.

Вимоги:

№ з/п	Наявність функції або величина параметра	Відповідність (так / ні), з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника
1.	Призначений для стерилізації упакованих, розпакованих або твердих матеріалів, пористих матеріалів, малих пористих предметів, полих предметів, скла, гуми та рідин.	
2.	Об'єм стерилізаційної камери не менше 300 літрів	
3.	Габаритні розміри 1140 x 1290 x 1910 мм	
4.	Камера повинна бути прямокутної форми 635 x 722 x 655 мм	
5.	Вага не більше – 860 кг.	

6.	Візуальний контроль тиску (окремі манометри) в стерилізаційній камері, генераторі та кожусі	
7.	Стерилізаційна камера, парогенератор, кожух – повинні бути виготовлені з нержавіючої сталі	
8.	Стерилізаційні температури °C 121, 125, 134, 136	
9.	Кількість стандартних стерилізаційних програм не менше 7	
10.	Наявність програми для рідини	
11.	Наявність програми для сушіння	
12.	Кількість спеціальних програм не менше 50	
13.	Наявність тестових програм Bowie&Dick, Вакуум	
14.	Користувач повинен мати можливість спостерігати за стерилізаційними процесами на дисплеї	
15.	Механізм відкривання чи закривання дверей має бути автоматизованим, управління положенням дверей повинно відбуватися за допомогою інтерфейсу на дисплеї	
16.	Апарат повинен мати захист від несанкціонованого доступу (ключ авторизації)	
17.	Наявність принтера	
18.	Наявність сенсорного дисплею	
19.	Наявність кнопки аварійного зупинення	
20.	Наявність системи визначення коду помилок	
21.	Підключення до мережи електрики – перемінний трифазний струм, параметри 380 - 400В / 50Гц	
22.	Наявність аварійного зупинення	
23.	Споживання енергії не більше 29 кВт	
24.	Комплект постачання(надати гарантійний лист): - Стерилізатор – 1 шт. - Система підготовки води – 1 шт.	

Лот 3 - 33191100-6 Стерилізатори - Стерилізатор плазмовий (36305 Плазмовий стерилізатор) - 1 шт.

Вимоги:

№ з/п	Вимоги	Наявність/ відповідність вимоги, її характеристика або величина	Відповідність (так / ні), з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника
1.	Устаткування призначене для стерилізації медичних виробів, включаючи інструменти та ендоскопи	наявність	
	Технічні характеристики		
2.	Тип апарата-низькотемпературний плазмовий стерилізатор	наявність	
3.	Тип стерилізуючого агента-плазма пероксиду водню	наявність	
4.	Стерилізатор повинен забезпечувати стерильність не гірше 10 ⁻⁶	наявність	
5.	Перекис водню не менше	59%	
6.	Кількість циклів стерилізації, виконуваних стерилізатором при завантаженні в апарат ємності, не менше	20 циклів	
7.	Функція відображення кількості циклів, що zostалися на	наявність	

	стерилізацію		
8.	Об'єм, не менше	130 л.	
9.	Корисний об'єм не менше	117 л.	
10.	Тип камери:	прямокутна	
11.	Глибина камери стерилізатора, не менше	775 мм	
12.	Ширина камери, не менше	400 мм	
13.	Висота камери не менше	420 мм	
14.	У стерилізаторі можна обробляти пристрої, виготовлені з таких матеріалів: алюміній, нержавіюча сталь, титан, акрилонітрил-бутадієн-стірол (ABS), делрин, етеїлвінілацетат (EVA), скло, фторований етилен-пропилен, поліетилен, латекс, неопреновий каучук, нейлон, полікарбонат, поліпропілен, полістерол, полісульфон, полівінілхлорид, силікон	наявність	
15.	Максимальна довжина каналу стерилізованих медичних виробів з нержавіючої сталі з внутрішнім діаметром 1 мм, для жорстких каналів, не менше	600 мм	
16.	Максимальна довжина каналу стерилізованих медичних виробів з тefлоновим/поліетиленовим каналом з внутрішнім діаметром 1 мм, для гнучких каналів не менше	2000 мм	
17.	Завантаження трубок (каналів) з діаметром 1 мм.	15 шт.	
18.	Тривалість швидкого циклу стерилізації (включаючи сушіння та нагрівання)	30±5 хв.	
19.	Тривалість стандартного циклу стерилізації	40±5 хв.	
20.	Тривалість спеціального циклу стерилізації	50 ±5 хв.	
21.	Звукова сигналізація завершення циклу стерилізації	наявність	
22.	Принтер	наявність	
23.	Рідкокристалічний дисплей не менше 7", для відображення параметрів стерилізаційного циклу і сервісної інформації	наявність	
24.	Габаритні розміри, не більше	680 мм x 1575 мм x 940 мм	
25.	Вага стерилізатора, не більше	300 кг	
26.	Колеса для зручності позиціонування стерилізатора в приміщенні	наявність	
27.	Вимоги щодо електроживлення	220 В	
28.	Максимальна споживана потужність, не більше	3 кВт	
29.	Блокування дверей під час стерилізації	наявність	
30.	Комплект постачання (надати гарантійний лист): - Стерилізатор плазмовий – 1 шт. - Інкубатор – 1 шт. - Перекис водню – 2 флакона - Хімічний індикатор стерилізації – 1 стрічка - Біологічний індикатор – 30 шт.	Наявність	

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах. Ця вимога підтверджується: -

завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або - завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення, у разі якщо товар не є медичним виробом, учасник надає лист роз'яснення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (надати лист підтвердження із вказанням адреси розташування та контактних телефонів сервісного центру) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність належним чином оформленої інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров'я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: 30 днів з дати отримання письмової заявки Замовника, але не пізніше 19.12.2025. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності) за формою 2.

Форма 2

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

№ лоту/з/п	Найменування предмета закупівлі/товару	Торгівельна назва товару	Виробник, країна	Одиниця виміру	Кількість, од.

посада уповноваженої особи
учасника

м.п. * підпис

прізвище, ініціали

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом “або еквівалент”.

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

6 086 496,67 грн (Шість мільйонів вісімдесят шість тисяч чотириста дев'яносто шість гривень 67 копійок), з ПДВ, зокрема:

лот 1 - 499 200,00 грн. (Чотириста дев'яносто дев'ять тисяч двісті гривень 00 копійок);

лот 2 - 2 650 700,00 грн. (Два мільйона шістсот п'ятдесят тисяч сімсот гривень 00 копійок);

лот 3 - 2 936 596,67 грн. (Два мільйона дев'ятсот тридцять шість тисяч п'ятсот дев'яносто шість гривень 67 копійок).