

**33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні
(Меблі медичного призначення, 9 лотів)**

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Лот 1 - 33192000-2 Меблі медичного призначення - Медичне ліжко з механічним приводом (34873 Меблі для лікарень механічні) - 125 шт.

Вимоги:

№ з/п	Вимоги	Наявність/ відповідність вимоги, її характеристика або величина	Відповідність (так / ні), з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника
1.	Ліжко медичне має бути з механічним приводом	Відповідність	
2.	Ложе ліжка має бути виготовлене з листового металу	Відповідність	
3.	Ложе ліжка має бути розділене на 4 секції	Відповідність	
4.	Металеві частини ліжка мають бути з електростатичним порошковим покриттям, стійким до будь-яких дезінфікуючих засобів	Відповідність	
5.	Бічні поручні металеві, складані	Наявність	
6.	Кнопка блокування підйому / опускання бічних поручнів	Наявність	
7.	Торцеві бильця мають бути виготовлені з поліпропілену	Відповідність	
8.	Габаритні розміри ліжка, ДхШхВ	Не більше 2160х1090х400 мм	
9.	Габаритні розміри поверхні для лежання, ДхШ	Не більше 1900х900 мм	
10.	Регулювання спинної секції має відбуватись за допомогою механічного привода, шляхом обертання	Відповідність	

	поворотної ручки		
11.	Діапазон регулювання секцій спини	Не гірше 0°-70°	
12.	Ліжко повинно мати чотири поворотні на 360° колеса діаметром 125 мм	Відповідність	
13.	Поперечна гальмівна система	Наявність	
14.	Гальмівний фіксатор має бути не менше, ніж на двох колесах	Відповідність	
15.	Ліжко має бути укомплектовано: - односекційним пінополіуретановим медичним матрацом, висотою не нижче 120 мм і щільністю не менше 28 кг/м³ – 1 шт.; - інфузійною стійкою (регульованою за висотою) – 1 шт.	Відповідність	
16.	Захисні роликові відбійники на 4 кутах	Наявність	
17.	Гачки для кріплення дренажного мішечка та мішечка для сечі	Наявність	
18.	Максимально допустиме навантаження	Не менше 230 кг	
19.	Вага ліжка	95 кг (± 3%)	

Лот 2 - 33192000-2 Меблі медичного призначення - Медичний візок (16349 Візок з набором контейнерів для хірургічних інструментів) - 5 шт.

Вимоги:

№ з/п	Вимоги	Наявність/ відповідність вимоги, її характеристика або величина	Відповідність (так / ні), з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника
1.	Медичний візок застосовується для транспортування медичних і хірургічних інструментів, медичних засобів для перев'язування пацієнтів, іноді стерильних матеріалів, від центрального пункту постачання або стерилізаційного відділення до відповідних зон лікарні, в операційну та ін.	Відповідність	
2.	Для зручності транспортування візок повинен бути оснащений поворотними на 360° колесами, діаметром 125 мм,	Відповідність	

	загальною кількістю не менше, ніж 4 шт.		
3.	Два поворотні колеса мають бути обладнані гальмами	Відповідність	
4.	Каркас візка має бути виготовлений з алюмінію	Відповідність	
5.	Бічні панелі та поверхня стільниці мають бути виготовлені з поліпропілену	Відповідність	
6.	Візок має бути оснащений не менше, ніж 5 висувними шухлядами з ручками: - мала шухляда (2 шт.); - середня шухляда (2 шт.); - велика шухляда (1 шт.)	Відповідність	
7.	В конструкції візка має бути передбачений механізм блокування висувних шухляд	Відповідність	
8.	Візок має додатково комплектуватись пластиковим контейнером для сміття	Відповідність	
9.	На бічній панелі візка має бути передбачене кріплення для контейнера для сміття	Відповідність	
10.	Візок має бути оснащений не менше, ніж двома ручками для зручності транспортування	Відповідність	
11.	Габаритні розміри візка (ГхШхВ), мм	585x825x1145 (± 5 мм)	
12.	Габаритні розміри шухляд (ШхГхВ), мм	Мала шухляда: 600x535x80 (± 5 мм) Середня шухляда: 600x535x165 (± 5 мм) Велика шухляда: 600x535x250 (± 5 мм)	
13.	Розмір стільниці: ШхГ (мм)	620x570 (± 5 мм)	
14.	Вага	Не більше 65 кг	

Лот 3 - 33192000-2 Меблі медичного призначення - Медичне функціональне ліжко з електричним приводом (34870 Електричне лікарняне ліжко) - 118 шт.

Вимоги:

№ з/п	Вимоги	Наявність/ відповідність вимоги, її	Відповідність (так / ні), з посиланням на
-------	--------	-------------------------------------	---

		характеристика або величина	відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника
1.	Медичне функціональне ліжко з електричним приводом повинно мати два мотори	Відповідність	
2.	Ложе ліжка має бути чотирьохсекційним	Відповідність	
3.	Знімні секції ложа мають бути виконані з цілісних сегментів ABS пластику і стійкі до миття та дезінфекції	Відповідність	
4.	Торцеві огорожі ліжка повинні бути легко знімні, що забезпечує максимально швидкий доступ медичного персоналу до пацієнта з усіх боків	Відповідність	
5.	Торцеві огорожі мають бути виконані з ABS пластику	Відповідність	
6.	Роздільні бічні огородження ліжка мають бути виконані з ABS пластику	Відповідність	
7.	Кількість бічних огорожень	Не менше 4 шт.	
8.	Габаритні розміри ліжка (ДхШхВ), мм	2140x1020x500 ± 5 мм	
9.	За допомогою електроприводів здійснюється регулювання: - секції опори спини; - секції опори стегна	Відповідність	
10.	Кут регулювання секції опори спини	70° ± 3%	
11.	Кут регулювання секції опори стегна	40° ± 3%	
12.	Кліренс під ліжком	150 мм ± 5 мм	
13.	Можливість перевести секцію опори гомілки в горизонтальне положення, при піднятій секції опори стегна, за допомогою механізму фіксації	Відповідність	
14.	Ручна (механічна) CPR	Наявність	
15.	Пульт керування функціями	Наявність	
16.	Вбудовані індикатори кутів нахилу в бічних панелях	Не менше 4 шт.	
17.	Діаметр коліс	Не менше 125 мм	
18.	Поперечна гальмівна система	Наявність	
19.	Рама ложа має бути виготовлена з квадратної металевої труби з порошковим покриттям	Відповідність	
20.	Ложе та рама ліжка повинні бути стійкими до будь-яких дезінфікуючих засобів	Відповідність	

21.	У каркасі ліжка повинні бути передбачені установчі отвори для інфузійної стійки по всіх кутах ліжка	Відповідність	
22.	Наявність захисних роликів відбійників у всіх кутах ложа ліжка для захисту від пошкоджень	Відповідність	
23.	Безпечне навантаження	Не менше 230 кг	
24.	Ліжко повинно мати вбудовану акумуляторну батарею	Відповідність	
25.	Ліжко має бути укомплектовано: - матрацом (односекційним, пінополіуретановим, протипролежневим) – 1 шт.; - інфузійною стійкою, регульованою за висотою – 1 шт.	Відповідність	
26.	Матрац має бути односекційним, пінополіуретановим, протипролежневим, щільністю 28 кг/м3, сумісний з розміром ложа ліжка, висотою не менше 120 мм, укомплектований водонепроникним чохлом, що легко знімається та стійкий до дезінфікуючих засобів	Відповідність	

Лот 4 - 33192000-2 Меблі медичного призначення - Тумба приліжкова з приліжковим столиком (10531 Приліжкова шафа) - 130 шт.

Вимоги:

№ з/п	Вимоги	Наявність/ відповідність вимоги, її характеристика або величина	Відповідність (так / ні), з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника
1.	Тумба приліжкова з приліжковим столиком	Наявність	
2.	Тумбочка повинна бути обладнана: - середньою висувною шухлядою з можливістю двостороннього використання; - великою шухлядою для габаритних речей, що відкривається, з можливістю двостороннього використання; - відкидним столиком для їжі; - відкритою нішею між шухлядами	Відповідність	

3.	Відкидний столик має при необхідності складатись	Відповідність	
4.	Тумбочка повинна мати не менше 4-х поворотних коліс на 360° з перехресною гальмівною системою, діаметром 50 мм	Відповідність	
5.	Матеріал поверхні: - тумби – ДСП; - стільниці – HPL	Відповідність	
6.	Матеріал колон, що підтримують каркасні з'єднання – алюміній	Відповідність	
7.	Телескопічні направляючі у висувних шухлядах	Наявність	
8.	Матеріал каркасу висувного столика – алюміній	Відповідність	
9.	Відкидний столик повинен мати функцію нахилу, що застосовується під час читання, за допомогою важеля нахилу, розташованого у нижній частині передньої частини столу	Відповідність	
10.	Габаритні розміри тумби (ДхШхВ)	460х520х830 мм (± 5 мм)	
11.	Габаритні розміри приліжкового столику (ДхШ)	600х400 мм (± 5 мм)	
12.	Товщина покриття верхньої поверхні	8 мм (± 3 мм)	

Лот 5 - 33192000-2 Меблі медичного призначення - Медичний візок для анестезії (34908 Установка пересувна, візок анестезіологічний) - 10 шт.

Вимоги:

№	Вимоги	Наявність/ відповідність вимоги, її характеристика або величина	Відповідність (так / ні), з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника
1.	Медичний візок застосовується для транспортування медичних і хірургічних інструментів, медичних засобів для перев'язування пацієнтів, іноді стерильних матеріалів, від центрального пункту постачання або стерилізаційного відділення до відповідних зон лікарні, в	Відповідність	

	операційну та ін.		
2.	Для зручності транспортування візок повинен бути оснащений поворотними на 360° колесами, діаметром 125 мм, загальною кількістю не менше, ніж 4 шт.	Відповідність	
3.	Два поворотні колеса мають бути обладнані гальмами	Відповідність	
4.	Каркас візка має бути виготовлено з алюмінію	Відповідність	
5.	Бічні панелі та поверхня стільниці мають бути виготовлені з поліпропілену	Відповідність	
6.	Візок має бути оснащено не менше, ніж 5 висувними шухлядами з ручками: - мала шухляда (2 шт.); - середня шухляда (2 шт.); - велика шухляда (1 шт.)	Відповідність	
7.	В конструкції візка має бути передбачено механізм блокування висувних шухляд	Відповідність	
8.	Візок має додатково комплектуватись пластиковим контейнером для сміття	Відповідність	
9.	На бічній панелі візка має бути передбачено кріплення для контейнера для сміття	Наявність	
10.	Візок має бути оснащено не менше ніж двома ручками для зручності транспортування	Відповідність	
11.	Габаритні розміри візка (ГхШхВ), мм	585х825х1145 (± 5 мм)	
12.	Габаритні розміри шухляд (ШхГхВ), мм	мала шухляда: 600х535х80 (± 5 мм); середня шухляда: 600х535х165 (± 5 мм); велика шухляда: 600х535х250 (± 5 мм)	
13.	Розмір стільниці: ШхГ (мм)	620х570 (± 5 мм)	
14.	Візок має додатково комплектуватись стійкою з висувними боксами для ліків з прозорого пластику	Відповідність	
15.	Кількість висувних боксів з прозорого пластику	Не менше 10 шт.	
16.	Задня частина візка має бути оснащена двома фіксуючими пристроями для	Відповідність	

	фіксації стійки		
17.	Вага	Не більше 73 кг	

Лот 6 - 33192000-2 Меблі медичного призначення - Каталка медична (31163 Каталка з положенням лежачи адаптаційна) - 14 шт.

Вимоги:

№ з/п	Вимоги	Наявність/ відповідність вимоги, її характеристика або величина	Відповідність (так / ні), з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника
1.	Медична каталка	Наявність	
2.	Каталка має бути призначена для використання в службах екстреної допомоги, кімнатах спостереження та службових приміщеннях	Відповідність	
3.	Пластмасові елементи мають бути виготовлені з ABS пластику	Відповідність	
4.	Металеві частини каталки мають бути пофарбовані електростатичною порошковою фарбою	Відповідність	
5.	Тримач рентгівівської касети	Наявність	
6.	Кошик для аксесуарів	Наявність	
7.	Бічні металеві поручні	Не менше 2 шт.	
8.	Габаритні розміри каталки, ДхШхВ	2085х840х545-830 мм (± 10 мм)	
9.	Діапазон регулювання висоти	545-830 мм (± 10 мм)	
10.	Габаритні розміри поверхні для лежання	1940х600 мм (± 10 мм)	
11.	Отвори для інфузійних стійок мають бути у всіх чотирьох кутах каталки	Відповідність	
12.	Механічне блокування коліс (центральный замок)	Наявність	
13.	Висота матрацу	Не більше 8 мм	
14.	Кнопка блокування поручнів	Наявність	
15.	Педаль блокування каталки з 3 позиціями	Наявність	
16.	Педаль підйому/опускання каталки	Наявність	
17.	Педаль блокування каталки має бути не менше, ніж на двох колесах	Відповідність	
18.	Регулювання спинної секції	Відповідність	

	вгору/вниз має відбуватись за допомогою важелю на приліжковій частині каталки		
19.	Захисні відбійники на 4 кутах	Наявність	
20.	Діаметр коліс	Не менше 150 мм	
21.	Максимальне навантаження	Не менше 230 кг	

Лот 7 - 33192000-2 Меблі медичного призначення - Медична кушетка (34852 Стіл/кушетка масажний без електроживлення портативний) - 10 шт.

Вимоги:

№ з/п	Вимоги	Наявність/ відповідність вимоги, її характеристика або величина	Відповідність (так / ні), з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника
1.	Медична кушетка	Наявність	
2.	Кушетка призначена для застосування у медичних закладах для проведення огляду пацієнтів, масажу, акупунктури, рефлексотерапії	Відповідність	
3.	Медична кушетка повинна складатись з двох секцій	Відповідність	
4.	Секція для голови має регулюватись за кутом нахилу	Відповідність	
5.	Фіксація кута нахилу секції для голови повинна здійснюватись за допомогою растомату	Відповідність	
6.	Растомат повинен мати не менше 5 ступенів фіксації	Відповідність	
7.	Тримач рулону для паперових рушників	Наявність	
8.	Тримач для паперових рушників має забезпечує надійну фіксацію рулону на кушетці	Відповідність	
9.	Каркас кушетки має бути виготовлений з металу та покритий електростатичним порошковим покриттям	Відповідність	
10.	Функція складання медичної кушетки, завдяки якій можна легко переносити виріб	Відповідність	
11.	Фіксуєчий пристрій у нижній частині кушетки	Наявність	

12.	Складні ніжки кушетки	Наявність	
13.	Інфузійна стійка	Наявність	
14.	Установчі отвори для інфузійної стійки	Наявність	
15.	Регулювання висоти інфузійної стійки за допомогою регулювального важеля на опорі	Відповідність	
16.	Габарити кушетки, ШхДхВ	Не більше 650х1900х770 мм	

Лот 8 - 33192000-2 Меблі медичного призначення - Медична шафа для інструментів (10535 Медична шафа) - 20 шт.

Вимоги:

№ з/п	Вимоги	Наявність/ відповідність вимоги, її характеристика або величина	Відповідність (так / ні), з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника
1	Шафа медична призначена для зберігання медичних препаратів та/або медичних інструментів у приміщеннях медичних закладів	Наявність	
2	Каркас шафи виготовлений з якісної нержавіючої сталі 304	Наявність	
3	Шафа має бути обладнана не менше, ніж двома скляними дверцятами з металевими рамами	Наявність	
4	Шафа повинна мати не менше, ніж 3 знімні металеві полиці	Наявність	
5	Шафа має бути обладнана регульованими по висоті ніжками	Наявність	
6	Габаритні розміри шафи (ШхДхВ), мм	450х900х1800 (± 5 мм)	
7	Габаритні розміри полиці (ДхШ), мм	885х350 (± 5 мм)	
8	Максимальне навантаження на кожен полицю шафи, не менше	40 кг	

Лот 9 - 33192000-2 Меблі медичного призначення - Медичне функціональне ліжко з механічним приводом (34873 Меблі для лікарень механічні) - 18 шт.

Вимоги:

№ з/п	Медико-технічні вимоги	Наявність функції або величина параметру, яка вимагається	Відповідність (так / ні), з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника
1.	Медичне функціональне ліжко з механічним приводом	Наявність	
2.	Ліжко має бути призначене для використання в медичних, хірургічних та реанімаційних установах, включаючи лікарні, установи та клініки	Відповідність	
3.	Ліжко має складатись з чотирьох секцій	Відповідність	
4.	Бічні поручні мають опускатись та фіксуватись в повністю піднятому положенні	Відповідність	
5.	Механізм опускання бічних поручнів	Наявність	
6.	Торцеві бильця мають бути легкознімними	Відповідність	
7.	Ручка для регулювання положення секції для ніг	Наявність	
8.	Ручка для регулювання висоти ліжка	Наявність	
9.	Ручка для регулювання положення спинної секції	Наявність	
10.	Інфузійна стійка	Наявність	
11.	Габаритні розміри ліжка (ДхШ), мм	2100х990 (± 5 мм)	
12.	Загальна висота ліжка (без матраца), з можливістю регулювання висоти	460-760 мм (± 5 мм)	
13.	Матрац має бути односекційним, пінополіуретановим та протипролежневим	Відповідність	
14.	Щільність матрацу	Не менше 28 кг/м ³	
15.	Кут нахилу секції опори спини	65° ($\pm 3\%$)	
16.	Кут нахилу секції опори для ніг	30° ($\pm 3\%$)	
17.	Кліренс під ліжком	Не менше 150 мм	
18.	Вага ліжка (з аксесуарами)	Не більше 110 кг	
19.	Захисні відбійники	Не менше 4 шт.	
20.	Діаметр коліс	Не менше 125 мм	
21.	Колеса мають бути з перехресним блокуванням	Відповідність	
22.	Безпечне навантаження	Не менше 180 кг	

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.
2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах. Ця вимога підтверджується: - завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або - завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення. Якщо обладнання не є медичним виробом, учасник надає лист-роз'яснення.
3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.
4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (надати лист-підтвердження із вказанням адреси розташування та контактних телефонів сервісного центру) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).
5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).
6. Наявність належним чином оформленої інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською мовою (надати копію).
7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров'я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.
8. Термін поставки товару: 30 днів з дати отримання письмової заявки Замовника, але не пізніше 19.12.2025. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності) за формою 2.

Форма 2

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

№ лоту/з/п	Найменування предмета закупівлі/товару	Торгівельна назва товару	Виробник, країна	Одиниця виміру	Кількість, од.

посада уповноваженої особи
учасника

м.п. *

підпис

прізвище, ініціали

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом “або еквівалент”.

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

25 023 126,29 грн (Двадцять п'ять мільйонів двадцять три тисячі сто двадцять шість гривень 29 копійок), з ПДВ, зокрема:

лот 1 - 7 216 643,75 грн (Сім мільйонів двісті шістнадцять тисяч шістсот сорок три гривні 75 копійок);

лот 2 - 560 773,50 грн (П'ятсот шістдесят тисяч сімсот сімдесят три гривні 50 копійок);

лот 3 - 9 374 671,66 грн (Дев'ять мільйонів триста сімдесят чотири тисячі шістсот сімдесят одна гривня 66 копійок);

лот 4 - 2 630 202,90 грн (Два мільйона шістсот тридцять тисяч двісті дві гривні 90 копійок);

лот 5 - 1 202 798,00 грн (Один мільйон двісті дві тисячі сімсот дев'яносто вісім гривень 00 копійок);

лот 6 - 2 343 593,98 грн (Два мільйона триста сорок три тисячі п'ятсот дев'яносто три гривні 98 копійок);

лот 7 - 205 279,20 грн (Двісті п'ять тисяч двісті сімдесят дев'ять гривень 20 копійок);

лот 8 - 449 966,60 грн (Чотириста сорок дев'ять тисяч дев'ятсот шістдесят шість гривень 60 копійок);

лот 9 - 1 039 196,70 грн (Один мільйон тридцять дев'ять тисяч сто дев'яносто шість гривень 70 копійок).