

**33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні
(Стерилізаційне обладнання, 2 лоти)**

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Лот 1 - 33191100-6 Стерилізатори - Стерилізатор паровий (автоклав)
(38671 Стерилізатор паровий) - 2 шт.

Вимоги:

№ з/п	Наявність функції або величина параметра	Відповідність (так / ні), з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника
1	Призначення: для високопродуктивної чистої стерилізації будь-яких матеріалів	
2	Орієнтація камери: вертикальна	
3	Корисний об'єм камери: 100 л (+/- 10 %)	
4	Матеріал стерилізаційної камери та парогенератора: нержавіюча сталь сорту не гірше 316L за AISI	
5	Діапазон температур стерилізації не гірше, ніж 60-134°C	
6	Гранично допустимий тиск 2,8 бар	
7	Наявність функції камери Коха	
8	Наявність об'ємного резервуара для води не менше 20 літрів	
9	Наявність вбудованого парогенератора	
10	Середнє споживання живильної води за цикл має становити не більше 3,5 літрів	
11	Наявність функції автоматичного блокування кришки (дверцят) стерилізатора	
12	Стерилізатор повинен мати автоматичний попередній нагрів для досягнення певних умов в початковій стадії для кожної програми окремо	
13	Стерилізатор повинен мати функцію автозапуску	
14	Стерилізатор повинен мати функцію зміни параметрів програми	
15	Стерилізатор повинен мати не менше 10 запрограмованих виробником програм стерилізації	
16	Стерилізатор повинен мати не менше 2 тестових програм	
17	Стерилізатор повинен мати порт перевірки (валідації)	

18	Стерилізатор повинен мати дисплей, що відображає параметри програми, дані циклу та повідомлення про помилки	
19	Стерилізатор повинен мати функцію автоматичного очищення парогенератора	
20	Стерилізатор повинен бути оснащений мікропроцесорним управлінням	
21	Стерилізатор повинен бути обладнаний функцією системи протитиску	
22	Стерилізатор повинен бути обладнаний вакуумним насосом	
23	Всі повідомлення на екрані українською мовою	
24	Стерилізатор повинен бути обладнаний функцією швидкого охолодження	
25	Стерилізатор повинен мати робочу потужність не більше 10 кВт	
26	Стерилізатор повинен мати в комплекті (учасник повинен надати гарантійний лист):	
26.1	Компресор стислого повітря з низьким рівнем шуму з об'ємом ресивера не менше 30 літрів	
26.2	Кошики з нержавіючої сталі та нержавіючої сітки для стерилізації контейнерів з рідинами	
26.3	Візок для транспортування кошиків тощо до стерилізатора	
26.4	Електричний кран для проведення завантаження та розвантаження кошиків	
26.5	Вбудований матричний принтер для друку параметрів стерилізації після процесу стерилізації	

Лот 2 - 33191100-6 Стерилізатори - Стерилізатор паровий (автоклав)
(38671 Стерилізатор паровий) - 1 шт.

Вимоги:

№ з/п	Наявність функції або величина параметра	Відповідність (так / ні), з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника
1	Призначення: для «брудної» стерилізації будь-яких заражених відходів	
2	Стерилізатор оснащений фільтром 0,2 мікрона повітря, що виходить з камери під час фази деаерації. Фільтр повітря та конденсат у камері стерилізуються разом із матеріалом. Концентрат усувається з камери лише після позитивного	

	завершення циклу стерилізації	
3	Орієнтація камери: вертикальна	
4	Корисний об'єм камери: 100 л (+/- 10 %)	
5	Матеріал стерилізаційної камери та парогенератора: нержавіюча сталь сорту не гірше 316L за AISI	
6	Діапазон температур стерилізації не гірше, ніж 60-134°C	
7	Гранично допустимий тиск 2,8 бар	
8	Наявність функції камери Коха	
9	Наявність об'ємного резервуара для води не менше 20 літрів	
10	Наявність вбудованого парогенератора	
11	Середнє споживання живильної води за цикл має становити не більше 3,5 літрів	
12	Наявність функції автоматичного блокування кришки (дверцят) стерилізатора	
13	Стерилізатор повинен мати автоматичний попередній нагрів для досягнення певних умов в початковій стадії для кожної програми окремо	
14	Стерилізатор повинен мати функцію автозапуску	
15	Стерилізатор повинен мати функцію зміни параметрів програми	
16	Стерилізатор повинен мати не менше 10 запрограмованих виробником програм стерилізації	
17	Стерилізатор повинен мати не менше 2 тестових програм	
18	Стерилізатор повинен мати порт перевірки (валідації)	
19	Стерилізатор повинен мати дисплей, що відображає параметри програми, дані циклу та повідомлення про помилки	
20	Стерилізатор повинен мати функцію автоматичного очищення парогенератора	
21	Стерилізатор повинен бути оснащений мікропроцесорним управлінням	
22	Всі повідомлення на екрані українською мовою	
23	Стерилізатор повинен бути обладнаний функцією системи протитиску	
24	Стерилізатор повинен бути обладнаний вакуумним насосом	
25	Стерилізатор повинен бути обладнаний функцією швидкого охолодження	
26	Стерилізатор повинен мати робочу потужність не більше 10 кВт	
27	Стерилізатор повинен мати в комплекті (учасник повинен надати гарантійний лист):	
27.1	Компресор стислого повітря з низьким рівнем шуму з об'ємом ресивера не менше 30 літрів	

27.2	Кошики з нержавіючої сталі та нержавіючої сітки для стерилізації контейнерів з рідинами	
27.3	Візок для транспортування кошиків тощо до стерилізатору	
27.4	Електричний кран для проведення завантаження та розвантаження кошиків	
27.5	Вбудований матричний принтер для друку параметрів стерилізації після процесу стерилізації	

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах. Ця вимога підтверджується: - завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або - завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення. Якщо обладнання не є медичним виробом, учасник надає лист-роз'яснення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (надати лист-підтвердження із вказанням адреси розташування та контактних телефонів сервісного центру) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність належним чином оформленої інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською мовою (надати копію).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров'я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: 30 днів з дати отримання письмової заявки Замовника, але не пізніше 19.12.2025. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності) за формою 2.

Форма 2

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

№ лоту/з/п	Найменування предмета закупівлі/товару	Торгівельна назва товару	Виробник, країна	Одиниця виміру	Кількість, од.

посада уповноваженої особи
учасника

м.п. * підпис

прізвище, ініціали

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом “або еквівалент”.

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

2 093 000,01 грн (Один мільйон триста дев'яносто п'ять тисяч триста тридцять три гривні 34 копійки), з ПДВ, зокрема:

лот 1 - 1 395 333,34 грн (Один мільйон триста дев'яносто п'ять тисяч триста тридцять три гривні 34 копійки);

лот 2 - 697 666,67 грн (Шістсот дев'яносто сім тисяч шістсот шістдесят шість гривень 67 копійок).