

**33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання
(Офтальмологічне обладнання, 2 лоти)**

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Лот 1 - 33122000-1 Офтальмологічне обладнання - Периметр комп'ютеризований (16918 Автоматичний периметр) - 1 шт.

Вимоги:

№ з/п	Опис параметра	Вимога	Відповідність (так / ні), з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника
1	Прилад, що використовується для обстеження поля зору	Відповідність	
2	Параметри електроживлення 90–264 В	Відповідність	
3	Розміри	Не більше, ніж 860 x 800 x 760 мм	
4	Меридіан регулюється від 0 до 360°	Відповідність	
5	Радіус сфери периметра	Не менше 30 см	
6	Тестові точки повинні відповідати стандарту Гольдмана	Відповідність	
7	Діаметр тестових точок: I/III/V по стандарту Гольдмана	Відповідність	
8	Діапазон яскравості стимулів	Не гірше 0,1-318 кд/м ²	
9	Поле зору	Не менше 90°	
10	Наявність кінетичної периметрії	Відповідність	
11	Яскравість фону	10 кд/м ²	
12	Наявність камери для контролю фіксації ока	Відповідність	
13	Наявність кінетичної автоматичної та ручної периметрії	Відповідність	
14	Наявність червоних стимулів 644 нм	Відповідність	
15	Наявність блакитних стимулів 470 нм	Відповідність	
16	Можливість зміни фону (жовтого та білого)	Відповідність	
17	Наявність програми стадій глаукоми	Відповідність	

	GSP		
18	Тривалість стимулів, не гірше	200 мс, 500 мс, 800 мс, адаптивний	
19	Наявність моторизованого регулюючого підборідника	Відповідність	
20	Комплектується ПК з програмним забезпеченням та принтером	Відповідність	
21	Комплектується інструментальним столом з можливістю регулювання висоти стільниці за допомогою електричного двигуна	Відповідність	

Лот 2 - 33122000-1 Офтальмологічне обладнання - Ротаційна Шемпфлюг камера (45729 Система аналізування переднього сегмента ока) - 1 шт.

Вимоги:

№ з/п	Опис параметра	Вимога	Відповідність (так / ні), з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника
1	Прилад призначений для діагностики (зйомки) переднього сегмента ока (рогівка, зіниця, передня камера та кришталік ока) та вимірювання осьової довжини, з метою визначення потужності інтраокулярної лінзи для імплантації	Відповідність	
2	Максимальна кількість точок вимірювання	138000	
3	Швидкість вимірювання: не гірше, ніж 100 зображень за 2 секунди	Відповідність	
4	Джерело світла - LED з довжиною хвилі 475 нм	Наявність	
5	Діапазон вимірювання кривизни рогівки	Не гірше, ніж від 3 мм до 38 мм (від 9 до 99Д)	
6	Точність вимірювання кривизни рогівки	Не гірше, ніж $\pm 0,1$ Д	
7	Діапазон вимірювання осьової довжини	Не гірше, ніж від 14 мм до 40 мм	
8	Діапазон вимірювання рефракції	Не гірше, ніж від -12Д до +6Д	
9	Максимальна потужність лазерного	0,7 мВт	

	випромінювання		
10	Довжина хвилі	Не менше, ніж 880 нм	
11	Наявність aberометрії хвильового фронту всього ока	Відповідність	
12	Наявність ретроілюмінації	Відповідність	
13	Наявність звіту швидкого скринінгу	Відповідність	
14	Наявність топографічних карт передньої та задньої поверхні рогівки	Відповідність	
15	Наявність карти пахіметрії, абсолютні та відносні	Відповідність	
16	Наявність елеваційних карт передньої та задньої поверхні рогівки	Відповідність	
17	Огляд всіх отриманих зображень Шемпфлюга	Наявність	
18	3D аналіз передньої камери	Наявність	
19	Наявність томографії переднього сегмента	Відповідність	
20	Наявність топометричної класифікації кератоконуса	Відповідність	
21	Наявність оцінки стадії кератоконуса за методом Belin ABCD	Відповідність	
22	Наявність зображення райдужної оболонки ока та виміру діаметра рогівки (HWTW)	Відповідність	
23	Наявність чотирьох карт для рефракційного аналізу	Відповідність	
24	Порівняльний та диференційний аналіз двох обстежень	Наявність	
25	Детальний аналіз ектазії Белін / Амброзіо	Наявність	
26	Наявність програмного забезпечення для підбору контактних лінз з сагітальною висотою та аналізом Фур'є	Відповідність	
27	Наявність звіту Holladay та деталізованого звіту EKR65	Відповідність	
28	PNS та 3D аналіз катаракти	Наявність	
29	Наявність оптичної денситометрії рогівки	Відповідність	
30	Наявність калькулятора ІОЛ	Відповідність	
31	Наявність формул розрахунку ІОЛ: SRK/T, Holladay 1, Hoffer Q, Haigis, Barrett, Olsen, PotvinShammasHill, PotvinHill, double-K	Відповідність	
32	Наявність ПК з передвстановленим спеціалізованим ПЗ	Наявність	

33	Наявність спеціалізованого інструментального стола з можливістю регулювання висоти стільниці за допомогою електричного двигуна та джерела безперебійного живлення	Наявність	
----	---	-----------	--

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах. Ця вимога підтверджується: - завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або - завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення. Якщо обладнання не є медичним виробом, учасник надає лист-роз'яснення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (надати лист-підтвердження із вказанням адреси розташування та контактних телефонів сервісного центру) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність належним чином оформленої інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров'я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: 30 днів з дати отримання письмової заявки Замовника, але не пізніше 26.12.2025. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності) за формою 2.

Форма 2

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

№ лоту/з/п	Найменування предмета закупівлі/товару	Торгівельна назва товару	Виробник, країна	Одиниця виміру	Кількість, од.

посада уповноваженої особи
учасника

м.п. * підпис

прізвище, ініціали

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом “або еквівалент”.

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

11 817 044,98 грн (Одинадцять мільйонів вісімсот сімнадцять тисяч сорок чотири гривні 98 копійок), з ПДВ, зокрема:

лот 1 - 1 748 899,48 грн (Один мільйон сімсот сорок вісім тисяч вісімсот дев'яносто дев'ять гривень 48 копійок);

лот 2 - 10 068 145,50 грн (Десять мільйонів шістдесят вісім тисяч сто сорок п'ять гривень 50 копійок).