

**33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму
(Медичні вироби для нейрохірургічних втручань, 17 лотів)**

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Лот 1 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Пристрій для тромбекстракції - стент-ретривер (61779 Сітка дротяна для тромбектомії) - 5 шт.

Спеціальні вимоги:

1. *Призначення.* Відновлення кровотоку у судинах головного мозку у пацієнтів, які перенесли ішемічний інсульт. Можливість застосування у наступних судинах нервової системи: внутрішня сонна артерія, сегментах М1 та М2 середньої мозкової артерії, базилярної та вертебральної артеріях.

2. *Опис пристрою.* Саморозкривний пристрій покритий платиною або еквівалентом для кращої візуалізації на системі доставки з дровим провідником.

3. *Матеріал пристрою.* Сплав нікель-титану.

4. *Спектр діаметрів пристрою.* Не менше двох варіацій діаметрів від 4 мм до 6 мм.

5. *Спектр довжин стенту.* Наявність довжин не менше двох варіацій від 20 мм до 40 мм.

6. *Сумісний діаметр судин пацієнта.* Рекомендований діаметр судини має бути в діапазоні від не більше 2,0 мм до не менше 5,5 мм.

7. *Сумісність з мікрокатетером.* Всі пристрої, не залежно від їх діаметру, мають бути сумісні з мікрокатетером з внутрішнім діаметром не більше 0,021 дюйма.

8. *Наявність рентгенконтрастних маркерів.* Наявність не менше трьох рентгеноконтрастних маркерів на дистальному кінці пристрою та не менше одного маркеру – на проксимальному кінці пристрою.

Лот 2 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Пристрій для профілактики емболії (58112 Система захисту сонних артерій від емболії) - 14 шт.

Спеціальні вимоги:

1. *Призначення.* Захоплення та видалення емболів, що можуть відірватися під час інтервенційних процедур на судинах, у тому числі на сонних судинах.

2. *Складові частини.* Система має складатися з наступних компонентів:

- Дротова пастка типу «кошик» (фільтр-сітка на дроті);

- Катетер для встановлення та повернення фільтру.
- 3. *Матеріал, з якого виготовлено пастку.* Нітинол (Nitinol).
- 4. *Сумісність пастки з провідником для первинного доступу.* Пастка має бути сумісна з провідниками діаметром 0,014 та 0,018 дюйми.
- 5. *Довжина та діаметр дротяної пастки.* Діаметр дроту має бути 0,014 дюйми. Довжина дроту має бути змінною OTW/RX. OTW – не менше 310 см, RX – не менше 180 см.
- 6. *Діапазон діаметрів фільтру.* Від 3 мм до 7 мм з кроком не більше 1,0 мм.
- 7. *Рентгенконтрасний маркер.* Повинен мати рентгенконтрастні маркери на дистальному та проксимальному кінцях пастки.
- 8. *Покриття пастки.* Гепарин або еквівалент, що запобігає утворенню тромбів під час розкриття пастки.

Лот 3 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Катетер для видалення тромбів (в комплекті з мікрокатетером, мікропровідником) (58173 Катетер аспіраційний для тромбектомії) - 15 шт.

Спеціальні вимоги:

Катетер емболектомії /тромбектомії:

1. *Показання до застосування.* Призначений для дистального введення у мозкові судини інтервенційних пристроїв.
2. *Конструкція катетера.* Наявність конструкції, що забезпечує проксимальну підтримку, дистальну м'якість та гнучкість.
3. *Стінка катетера.* Армована металевою сіткою.
4. *Властивість дистального сегменту.* Дистальний сегмент повинен бути гнучким та рентгенконтрастним з гідрофільним покриттям.
5. *Структура кінчика.* Кінчик провідникового катетера повинен бути м'яким, для зменшення ризику травмування під час введення та розташування з рентгенконтрастним маркером.
6. *Розміри.* Повинні бути наявні катетери з діаметром не менше 5 Fr.
7. *Внутрішній діаметр.* Внутрішній діаметр катетера повинен бути не менше 0,055”.
8. *Проксимальний зовнішній діаметр.* Проксимальний зовнішній діаметр катетера повинен бути не більше 0,0825”.
9. *Довжина катетера.* Повинні бути в наявності три довжини катетера від 115 см до не більше 131 см.

Периферійний / коронарний судинний мікрокатетер:

1. *Просвіт мікрокатетера.* Мікрокатетер повинен мати одинарний просвіт для кращого доступу до дистальної судинної сітки при використанні з провідниковим катетером та провідником.

2. *Наявність маркерів.* Наявність не менше 2-х маркерів для кращої візуалізації.

3. *Внутрішній діаметр.* Повинні бути в наявності мікрокатетери з внутрішніми діаметрами 0,017, 0,021 та 0,027 дюйма.

4. *Покриття.* Наявність гідрофільного покриття.

5. *Довжина.* Повинна бути довжиною 150 см та 156 см.

Периферійний судинний провідник, ручний:

1. *Призначення.* Мікропровідник повинен бути призначеним для використання у нейроваскулярній хірургії.

2. *Конструкція пристрою.* Внутрішній стержень повинен бути виготовлений з неіржавіючої сталі та нітинолу. На дистальному кінці провідника повинна бути спіраль, що виготовлена з платини та неіржавіючої сталі.

3. *Покриття.* Провідник повинен мати гідрофільне покриття. Проксимальна частина провідника повинна мати ПТФЕ покриття.

4. *Рентгенконтрастність.* Дистальний кінець повинен бути рентгенконтрастним довжиною 3 см або 6 см.

5. *Діаметр виробу.* Повинен бути з дистальним діаметром 0,012 дюйма та проксимальним діаметром 0,014 дюйма

6. *Довжина виробу.* Повинен бути довжиною 200 см.

7. *Сумісність.* Повинен бути сумісним з подовжувачем не менше 115 см.

Лот 4 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Мікрокатетер гідрофільний інтрацеребральний (10691 Периферійний/коронарний судинний мікрокатетер) - 43 шт.

Спеціальні вимоги:

1. *Просвіт мікрокатетера.* Мікрокатетер повинен мати одинарний просвіт для кращого доступу до дистальної судинної сітки при використанні з провідниковим катетером та провідником.

2. *Наявність маркерів.* Наявність не менше 2-х маркерів для кращої візуалізації.

3. *Внутрішній діаметр.* Повинні бути в наявності мікрокатетери з внутрішніми діаметрами 0,017, 0,021 та 0,027 дюйма.

4. *Покриття.* Наявність гідрофільного покриття.

5. *Робоча довжина.* Повинні бути в наявності з робочою довжиною 150 см та 156 см.

Лот 5 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Мікроспіраль платинова (60940 Спіраль для емболізації судин головного мозку) - 23 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Система відділення мікроспіралей. Спіралі повинні мати термомеханічну систему відділення.
2. Матеріал виробу. Вироби повинні бути виготовлені з платинового сплаву.
3. Стійкість до розтягування. Мікроспіраль повинна бути стійкою до розтягування для уникнення розтягування під час розташування або перерозташування мікроспіралі перед її відділенням.
4. Просторова конфігурація. Наявність 2-х і 3-х вимірної форми конфігурації.
5. Діаметр мікроспіралі. Наявність широкого спектру діаметрів конфігурацій від 1 мм до не менше 24 мм.
6. Довжина мікроспіралі. Наявність широкого спектру довжин від 1 см до не менше 65 см.

Лот 6 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Пристрій для ендovasкулярної емболізації гігантських внутрішньочерепних аневризм шляхом перенаправлення потоку (62266 Імплантат для відновлення судин і регуляції гемодинамік, для внутрішньочерепних/сонних артерій) - 1 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Призначення. Для ендovasкулярної емболізації внутрішньочерепних аневризм шляхом забезпечення перенаправлення потоку крові.
2. Опис пристрою. Саморозкривний плетений циліндр (стент) на системі доставки з дрововим провідником.
3. Структура стенту. Одношарове дровове плетення зі сплаву кобальт-хром та/або платина-вольфрам.
4. Покриття стенту (призначення). Покриття стенту має забезпечувати зменшення ризику тромбозу після імплантації, зменшення утворення тромбіну з тромбіногену та зменшення полімеризації тромбіну.
5. Спектр діаметрів стенту. Мають бути наявні діаметри від 2,5 мм до 5,0 мм з кроком не більше 0,25 мм.
6. Спектр довжин стенту. Для діаметрів до 3,0 мм мають бути наявні довжини від 10 мм до 20 мм. Для діаметрів від 3,0 мм та більше мають бути наявні довжини від 10 мм до 35 мм.
7. Сумісність з мікрокатетером. Має бути сумісний з мікрокатетером з внутрішнім діаметром 0,69 мм (0,027 дюйми) та довжиною не менше 135 см.
8. Наявність рентгенконтрастних маркерів. Наявність рентгеноконтрастних маркерів на системі доставки.

Лот 7 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Балон для ангіопластики інтракраніальних та каротидних артерій з медикаментозним покриттям (62551 Катетер балонний для ангіопластики периферичних артерій, який виділяє лікарський засіб) - 5 шт.

Спеціальні вимоги:

1. *Призначення.* Призначений для лікування атеросклеротичних уражень, наприклад стеноз, клапті інтими, розсічення або реканалізація оклюзії та рестеноз супрааортальних судин, включаючи внутрішньочерепну ділянку й дилатації каротидних, хребетних, базилярних судин та судин головного мозку.

2. *Тип лікарського покриття балона.* Паклітаксел.

3. *Система доставки.* RX (Rapid Exchange).

4. *Профіль перетину.* Не більше 1 мм.

5. *Корисна довжина катетера.* Не менше 144 см.

6. *Номінальний тиск.* Не більше 6 Атм.

7. *Тиск розриву RBP.* Не більше 14 Атм.

8. *Сумісність з провідником.* 0,014".

9. *Сумісність з провідниковим катетером.* Не менше 5 Fr.

10. *Довжина.* 10 - 40 мм.

11. *Діаметр:*

- 1,50 - 4,00 мм для довжин 10 мм, 13 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 40 мм;
- 5,00 мм для довжин 20 мм, 30 мм, 40 мм;
- 6,00 мм для довжин 20 мм, 30 мм, 40 мм.

12. *Необхідність попередньої дилатації.* Ні.

Лот 8 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Мікропровідник інтервенційний (нейро) з можливістю подовження довжини (58115 Периферійний судинний провідник ручний) - 22 шт.

Спеціальні вимоги:

1. *Призначення.* Мікропровідник повинен бути призначеним для використання у нейроваскулярній хірургії.

2. *Конструкція пристрою:*

- Внутрішній стержень повинен бути виготовлений з неіржавіючої сталі та нітинолу.
- На дистальному кінці провідника повинна бути спіраль, що виготовлена з платини та неіржавіючої сталі.

3. *Покриття.* Провідник повинен мати гідрофільне покриття. Проксимальна частина провідника повинна мати ПТФЕ покриття.

4. *Рентгенконтрастність.* Дистальний кінець повинен бути рентгенконтрастним довжиною 3 см або 6 см.

5. *Діаметр виробу.* Повинен бути з дистальним діаметром 0,012 дюйма та проксимальним діаметром 0,014 дюйма.

6. *Довжина виробу.* Повинен бути довжиною 200 см.

7. *Сумісність.* Повинен бути сумісним з подовжувачем не менше 115 см.

Лот 9 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Подовжувач мікропровідника інтервенційного (нейро) (58115 Периферійний судинний провідник ручний) - 6 шт.

Спеціальні вимоги:

1. *Призначення.* Подовжувач призначений для подовження провідника та використання у нейроваскулярній хірургії.

2. *Конструкція пристрою.* Повинен бути виготовлений з неіржавіючої сталі та нітинолу.

3. *Покриття.* Подовжувач повинен мати ПТФЕ покриття.

4. *Діаметр виробу.* Повинен бути діаметром 0,014 дюйма.

5. *Довжина виробу.* Повинен бути довжиною 115 см.

Лот 10 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Імплант для виключення артеріо-венозної мальформації (60939 Матеріал для емболізації судин головного мозку) - 9 шт.

Спеціальні вимоги:

1. *Призначення.* Емболізація уражень нейроваскулярної системи, включаючи артеріовенозні мальформації.

2. *Опис.* Рідка емболізуюча речовина у флаконі. Доставляється до місця емболізації за допомогою ДМСО-сумісного мікрокатетера.

3. *Принцип дії:*

- Після контакту з кров'ю має формувати губчастий зв'язний ембол;
- Затвердіння емболу має відбуватись від зовнішньої поверхні всередину.

4. *Рентгенконтрастність.* Композиція має бути рентгенконтрастною.

Лот 11 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Катетер з відривним кінчиком для емболізації мальформацій (10691 Периферійний/коронарний судинний мікрокатетер) - 5 шт.

Спеціальні вимоги:

1. *Показання до застосування.* Мікрокатетер повинен бути призначений для інфузії емболізуючої речовини, що містить DMSO.

2. *Структура.* Структура виробу повинна забезпечувати збільшення гнучкості по довжині для катетеризації звивистих та тонких судин. Потококерований.

3. *Параметри дистального кінчика.* Прямий кінчик, що від'єднується механічно з довжинами 15, 25 та 35 мм.

4. *Необхідні діаметри дистальної частини.* Мають бути моделі з діаметрами 1,2 Fr та 1,5 Fr.

5. *Необхідні довжини.* Мають бути моделі з довжиною 165 см та 190 см.

6. *Сумісність з мікропровідником.* Мають бути сумісні з мікропровідником 0.007" та 0.008". Відповідний мікропровідник має бути в комплекті з мікрокатетером.

Лот 12 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Набір для тромбаспірації (аспіраційний катетер, мікрокатетер, мікропровідник) (58173 Катетер аспіраційний для тромбектомії) - 3 шт.

Спеціальні вимоги:

Катетер аспіраційний для тромбектомії:

1. *Призначення мікрокатетеру.* Для видалення та аспірації тромбів та емболів з кровоносних судин нервової системи та для введення та доставки хірургічних та діагностичних пристроїв до нервової судинної системи.

2. *Будова катетера.* Однопросвітний гнучкий композитний катетер перемінної жорсткості. Стрижень катетера повинен мати гідрофільне покриття для зменшення тертя при його використанні. Наявність адаптера Люера на проксимальному кінці.

3. *Зовнішній діаметр.* Наявність двох варіацій зовнішнього діаметру катетеру діаметром не менше 6 Fr.

4. *Внутрішній діаметр.* Наявність не менше двох варіацій внутрішнього діаметру від не менше 0,068 дюймів та до найменше 0,071 дюймів.

5. *Робоча довжина.* Робоча довжина катетеру не менше 132 см.

6. *Рентгенконтрастність.* Катетер має бути видимий при рентгеноскопії.

Периферійний / коронарний судинний мікрокатетер:

1. *Призначення мікрокатетеру.* Для отримання доступу до дрібних звивистих судин нервової судинної системи.

2. *Будова катетера.* Однопросвітний гнучкий катетер перемінної жорсткості з гнучким дистальним стрижнем для полегшеного проходження анатомічних структур.

3. *Покриття катетера.* Наявність покриття на зовнішній поверхні катетера, що полегшує просування по судині.

Наявність внутрішнього шару для полегшення переміщення пристроїв, що вводяться через його просвіт.

4. *Параметри дистального кінчика.* Гнучкий дистальний кінчик довжиною не менше 6 см.

5. *Зовнішній діаметр.* Наявність не менше 4-х варіацій зовнішнього діаметру дистального кінчика від 1,8 Fr до не більше 4,2 Fr.

6. *Внутрішній діаметр.* Наявність не менше 4-х варіацій внутрішнього діаметру від не менше 0,017” до не менше 0,0445”.

7. *Загальна довжина.* Для катетерів з внутрішнім діаметром від 0,017” до 0,027” загальна довжина має складати не менше 150 см; Для катетерів з внутрішнім діаметром від 0,021” та 0,027” наявність модифікації загальної довжини не менше 160 см. Для катетерів з внутрішнім діаметром 0,0445” загальна довжина має складати не менше 105 см.

8. *Рентгенконтрастність.* Катетер має бути видимий при рентгеноскопії. Наявність не менше однієї рентгенконтрастної мітки на дистальному кінчику.

Периферійний судинний провідник, ручний

1. *Довжина.* Довжина провідника повинна бути не менше 200 см.

2. *Діаметр.* Діаметр провідника має бути 0.014 дюйма.

3. *Покриття.* Провідник повинен мати гідрофільне покриття.

4. *Дистальний сегмент провідника.* Структура дистального кінчика провідника повинна забезпечувати багаторазове його переформування.

5. *Атравматичність.* Структура дистального сегмента провідника має забезпечувати його атравматичність.

Лот 13 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Інтродюсер для забезпечення екстракраніальної підтримки інтракраніального доступу (17846 Одноразовий судинний напрямний катетер) - 3 шт.

Спеціальні вимоги:

1. *Стінка катетера.* Стінка провідникового катетера виготовлена з армованого полімеру (має подвійне дротяне плетіння). Зі змінною жорсткістю з рентгенконтрастною зоною на дистальному кінці та роз'ємом Люера на проксимальному кінці.

2. *Особливості.* Провідниковий катетер повинен мати відмінну керованість та стійкість до кінкінгу при обертанні, резистентність до згинів та зламів при проходженні судинами із звивистою анатомічною будовою. Проксимальний стрижень з опліткою з нержавіючої сталі, розроблений для підтримки та реагування на момент крутіння, з м'яким полімерним дистальним стрижнем для атравматичного вибору судини.

3. *Внутрішній просвіт катетеру.* 6 Fr – не менше 0.088”.

4. *Дистальний кінчик.* Провідниковий катетер має атравматичний рентгенконтрастний дистальний кінчик. Сумісний, повністю

рентгенконтрастний наконечник, розроблений для точної, атравматичної навігації та розміщення.

5. *Наявність спектру форм дистального кінчика.* Наявність форм дистального кінчика катетера (STR, MP).

6. *Внутрішнє покриття.* Внутрішня поверхня провідникового катетера має ПТФЕ (політетрафторетиленове) гідрофільного покриття з антитромбогенними властивостями.

Лот 14 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Реперфузійний катетер з можливістю аспірації з дистальних відділів мозкових артерій з аспіраційною трубкою (58173 Катетер аспіраційний для тромбектомії) - 8 шт.

Спеціальні вимоги:

Реперфузійний катетер з можливістю аспірації з дистальних відділів мозкових артерій

1. *Призначення мікрокатетеру.* Для видалення та аспірації тромбів та емболів з кровоносних судин нервової системи та для введення та доставки хірургічних та діагностичних пристроїв до нервової судинної системи.

2. *Будова катетера.* Однопросвітний гнучкий полімерний катетер перемінної жорсткості. Стрижень катетера повинен мати гідрофільне покриття для зменшення тертя при його використанні. Наявність адаптера Люера на проксимальному кінці.

3. *Зовнішній діаметр.* Не менше 4.7 Fr.

4. *Внутрішній діаметр.* Наявність не менше двох варіацій внутрішнього діаметру від не менше 0,043 дюймів та до найменше 0,035 дюймів.

5. *Робоча довжина.* Робоча довжина катетеру не менше 150 см.

6. *Рентгеноконтрастність.* Катетер має бути видимий при рентгеноскопії.

Аспіраційна трубка

1. *Будова аспіраційної трубки.* Дистальний кінчик виготовлений з нового проксимального полімеру і силікону. Основа: поліуретан із плетеним нейлоновим посиленням.

2. *Особливості.* Аспіраційна трубка з'єднує каністру аспіраційного насоса з аспіраційним катетером у стерильному полі. Аспіраційна трубка має проточний клапан, який дозволяє лікарю запускати та зупиняти потік аспірації.

3. *Робоча довжина (см).* Робоча довжина трубки не менше 250 см.

4. *Внутрішнє покриття.* Внутрішня поверхня має покриття з антитромбогенними властивостями.

Лот 15 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Каністра для помпи тромбоаспіратора (36142 Аспіраційний контейнер одноразового використання) - 5 шт.

Спеціальні вимоги:

1. *Збірний резервуар* – зовнішній вигляд, об'єм. Герметичний, корпус виконаний з прозорого пластику, на зовнішній поверхні нанесена вимірювальна шкала об'єму. Загальний об'єм резервуару не менше 1000 мл.

2. *Резервуар оснащений:*

- Портом для під'єднання широкої аспіраційної трубки;
- Кришкою, що відкривається, для видалення вмісту контейнера;
- Вакуумним або біологічним або трубчастим фільтром, що запобігає утворенню піни з аспірованої рідини та забезпечує його герметичність.
- Має вбудований захист від переповнення.

Лот 16 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Внутрішньочерепний підтримуючий катетер для доступу до судин нейроваскулярної системи (10691 Периферійний/коронарний судинний мікрокатетер) - 5 шт.

Спеціальні вимоги:

1. *Призначення мікрокатетеру.* Для отримання доступу до дрібних звивистих судин нервової судинної системи.

2. *Будова катетера.* Однопросвітний гнучкий катетер перемінної жорсткості з гнучким дистальним стрижнем для полегшеного проходження анатомічних структур.

3. *Покриття катетера.* Наявність покриття на зовнішній поверхні катетера, що полегшує просування по судині. Наявність внутрішнього шару для полегшення переміщення пристроїв, що вводяться через його просвіт.

4. *Зовнішній діаметр.* Не менше 4,2 Fr в дистальній частині та не менше 4,7 Fr в його проксимальній частині.

5. *Внутрішній діаметр.* Не менше 0,0445”.

6. *Загальна довжина.* Наявність двох модифікацій довжин 105 см та 120 см.

7. *Рентгенконтрастність* Катетер має бути видимий при рентгеноскопії. Наявність не менше однієї рентгенконтрастної мітки на дистальному кінчику.

Лот 17 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Пристрій для тромбекстракції - «білих» тромбів (61779 Сітка дротяна для тромбектомії) - 30 шт.

Спеціальні вимоги:

1. *Опис пристрою.* Пристрій повинен мати не менше 2-ох зон для потрапляння тромбів та повинен мати закритий дистальний кінець.
2. *Призначення пристрою.* Пристрій призначений для видалення тромбів при гострому ішемічному інсульті.
3. *Матеріал пристрою.* Пристрій повинен бути виготовленим з нітинолу.
4. *Діаметр пристрою.* Діаметр пристрою повинен бути від 4 мм до 6 мм.
5. *Довжина пристрою.* Довжина пристрою повинна бути від 22 мм до 46 мм.
6. *Сумісність з мікрокатетером.* Пристрій має бути сумісний з мікрокатетером діаметром 0,021 та 0,027 дюйма.

Загальні вимоги:

1. Медичні вироби, запропоновані для цієї закупівлі, повинні відповідати вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів або Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики *in vitro* або Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують. Для підтвердження учасник повинен надати копію відповідного документу та сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об'єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. В разі, якщо це не передбачено законодавством України, необхідно надати відповідний лист-роз'яснення.
2. Медичні вироби повинні мати інструкцію із застосування. Для підтвердження учасником надається копія інструкції із застосування медичних виробів.
3. Термін придатності медичних виробів на момент поставки повинен становити не менше 75% або не менше 12 місяців від загального терміну придатності. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про термін придатності медичних виробів.
4. Строк поставки медичних виробів повинен становити не більше 10 днів з дати отримання письмової заявки Замовника, але не пізніше 19.12.2025. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про строк поставки медичних виробів.
5. Обов'язкове надання учасником оригіналу гарантійного листа, наданого безпосередньо виробником або його уповноваженим представником в Україні (якщо учасник не є виробником товару, із наданням копії авторизаційного листа виробника), який підтверджує можливість поставки товару, що є предметом закупівлі, у необхідній кількості, якості та у терміни, визначені документацією.

6. Товар не повинен відрізнятися від вимог замовника за технічними, якісними та кількісними характеристиками, зазначеними в документації. Для підтвердження учасник надає таблицю, з посиланням на сторінку технічної документації виробника, на якій підтверджується значення показника згідно вимог замовника (інструкції з експлуатації або посібника користувача, або проспекту, або технічного опису, або технічних умов, або іншого документу виробника (або його уповноваженого представника в Україні) із підтвердженням технічних характеристик.

7. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності) за формою 2.

Форма 2

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

№ лоту/з/п	Найменування предмета закупівлі/товару	Торгівельна назва товару	Виробник, країна	Одиниця виміру	Кількість, од.

посада уповноваженої особи
учасника

м.п. * підпис

прізвище, ініціали

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом “або еквівалент”.

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

14 308 695,31 грн (Чотирнадцять мільйонів триста вісім тисяч шістсот дев'яносто п'ять гривень 31 копійка), з ПДВ, зокрема:

лот 1 - 597 277,00 грн (П'ятсот дев'яносто сім тисяч двісті сімдесят сім гривень 00 копійок);

лот 2 - 801 731,84 грн (Вісімсот одна тисяча сімсот тридцять одна гривня 84 копійки);

лот 3 - 2 177 250,00 грн (Два мільйона сто сімдесят сім тисяч двісті п'ятдесят гривень 00 копійок);

лот 4 - 1 947 154,81 грн (Один мільйон дев'ятсот сорок сім тисяч сто п'ятдесят чотири гривні 81 копійка);

лот 5 - 812 852,20 грн (Вісімсот дванадцять тисяч вісімсот п'ятдесят дві гривні 20 копійок);

лот 6 - 522 966,26 грн (П'ятсот двадцять дві тисячі дев'ятсот шістдесят шість гривень 26 копійок);

лот 7 - 71 110,00 грн (Сімдесят одна тисяча сто десять гривень 00 копійок);

лот 8 - 539 155,98 грн (П'ятсот тридцять дев'ять тисяч сто п'ятдесят п'ять гривень 98 копійок);

лот 9 - 75 057,00 грн (Сімдесят п'ять тисяч п'ятдесят сім гривень 00 копійок);

лот 10 - 376 343,64 грн (Триста сімдесят шість тисяч триста сорок три гривні 64 копійки);

лот 11 - 225 000,00 грн (Двісті двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок);

лот 12 - 442 797,03 грн (Чотириста сорок дві тисячі сімсот дев'яносто сім гривень 03 копійки);

лот 13 - 86 349,00 грн (Вісімдесят шість тисяч триста сорок дев'ять гривень 00 копійок);

лот 14 - 372 616,80 грн (Триста сімдесят дві тисячі шістсот шістнадцять гривень 80 копійок);

лот 15 - 35 146,85 грн (Тридцять п'ять тисяч сто сорок шість гривень 85 копійок);

лот 16 - 272 496,90 грн (Двісті сімдесят дві тисячі чотириста дев'яносто шість гривень 90 копійок);

лот 17 - 4 953 390,00 грн (Чотири мільйона дев'ятсот п'ятдесят три тисячі триста дев'яносто гривень 00 копійок).