

**33160000-9 Устаткування для операційних блоків (Дерматом з акумуляторною батареєю в комплекті (46184 Дерматом, що живиться від батареї) - 1 компл.)**

**1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі\*\*:**

Дерматом з акумуляторною батареєю в комплекті (46184 Дерматом, що живиться від батареї) - 1 компл.

*Вимоги:*

| № з/п | Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва | Технічні вимоги, характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Одиниця виміру | К-ть | Відповідність (так / ні), з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника |
|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Дерматом акумуляторний,                             | Дерматом акумуляторний, повинен мати герметичний корпус з титанового сплаву, що запобігає негативний вплив електромагнітних хвиль і дозволяє проводити обробку лужними дез. засобами з високими показниками РН (>11), має бути в наявності електронний контроль двигуна, інтегрований в акумулятор. Ширина повинна регулюватися без ключа; товщина повинна регулюватися (з кроком 1/10 мм); товщина різку: не менш 0,2 та не більш 1,2 мм; ширина різання: не більш 78 мм; Максимальна потужність 250 Вт; Частота обертів мотору від 0 до | шт             | 1    |                                                                                                                 |

|   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |   |  |
|---|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|
|   |                          | 6500 об / хв; Розміри не більш: 295 x 125 x 95 мм; Вага не більш: 1700 г. Принцип установки аккумулятора: прихований, всередину рукоятки. Стандарт для медичної продукції, ІЕС 60601 -1 -1 -2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |   |  |
| 2 | Дерматом аккумуляторний, | Дерматом аккумуляторний, повинен мати герметичний корпус з титанового сплаву, що запобігає негативний вплив електромагнітних хвиль і дозволяє проводити обробку лужними дез. засобами з високими показниками РН (>11), має бути в наявності електронний контроль двигуна, інтегрований в аккумулятор. Ширина повинна регулюватися без ключа; товщина повинна регулюватися (з кроком 1/10 мм); товщина різ: не менш 0,1 та не більш 1,1 мм; ширина різання: не більш 78 мм; Максимальна потужність 250 Вт; Частота обертів мотору від 0 до 6500 об / хв; Розміри не більш: 295 x 125 x 95 мм; Вага не більш: 1700 г. Принцип установки аккумулятора: прихований, всередину рукоятки. Стандарт для медичної продукції, ІЕС 60601 -1 -1 -2 | шт | 1 |  |
| 3 | Акумулятор літій-іонний  | Акумулятор літій-іонний або аналог. В аккумулятор має бути вбудований електронний контроль двигуна. Потужність: не більш 9,9 В; 10,89 Вт/год, Розміри не більш: 130 x 55 x 55 мм; Вага: не більш 275 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт | 3 |  |

|   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |    |  |
|---|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|
| 4 | Кришка до дерматома          | Кришка до дерматома з подвійним замком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт  | 2  |  |
| 5 | Лезо дерматома               | Лезо дерматома довжина не більш ніж 78мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | пак | 13 |  |
| 6 | Зарядний пристрій            | Зарядний пристрій для акумуляторів, повинен мати не менше 4 зарядні відсіки для одночасної зарядки чотирьох акумуляторів; має бути в наявності функція автоматичної діагностики акумулятора; Час зарядки повністю розрядженого акумулятора до повної зарядки, повинен складати не більше 45 хвилин. Має бути передбачена можливість зберігання акумуляторів у включеному зарядному пристрої для підтримки їх в стані повної зарядки. Має бути автоматичний контроль за рівнем зарядки із відстеженням помилок в процесі зарядки і сигналізацією про це. Споживання току в межах 220-240 В~, Частота в межах 50-60 Гц, розміри не більше 430х 140 х 180 мм; вага: не більше 2,500 кг | шт  | 1  |  |
| 7 | Шкірний Графтер (перфоратор) | Шкірний Графтер, для використання в пластичній та опіковій хірургії для пересадки шкірного лоскута. Співвідношення: не більш (1:3), розміри не більше : 160 х 205 х 125 мм; вага не більш: 5 кг, в складі має бути: Ріжучий ролик та Храповий ключ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт  | 1  |  |
| 8 | Шкірний мешер                | Шкірний мешер для перфорації шкірного лоскуту. Співвідношення не                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | пак | 3  |  |

|    |                              |                                                                                                                                                                                                                     |     |   |  |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|
|    |                              | більш 1:3                                                                                                                                                                                                           |     |   |  |
| 9  | Шкірний мешер                | Шкірний мешер для перфорації шкірного лоскуту. Співвідношення не більш 1:1,5                                                                                                                                        | пак | 3 |  |
| 10 | Мастило до пилки хірургічної | Мастило до пилки хірургічної універсальної у балоні, об'єм має бути не менш 300 мл. Наявність спеціалізованої насадки перехідника до моторної системи. Мастило повинно бути стерильним згідно з стандарту ISO 17665 | шт. | 1 |  |

*Загальні вимоги:*

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволенним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах. Ця вимога підтверджується: - завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або - завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення, у разі якщо товар не є медичним виробом, учасник надає лист роз'яснення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (надати лист підтвердження із вказанням адреси розташування та контактних телефонів сервісного центру) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник

не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність належним чином оформленої інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров'я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: 30 днів з дати отримання письмової заявки Замовника, але не пізніше 19.12.2025. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності) за формою.

#### Форма

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/з/п | Найменування предмета закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
|------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|
|            |                                        |                          |                  |                |                |

посада уповноваженої особи  
учасника

м.п. \*

підпис

прізвище, ініціали

\* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

\*\* У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом “або еквівалент”.

**2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:**

**2 500 750,50 грн** (Два мільйони п'ятсот тисяч сімсот п'ятдесят гривень 50 копійок), з ПДВ.