

**33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне
обладнання (Аудіометр (37503 Аудіометр чистих тонів) - 1 шт.)**

**1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета
закупівлі**:**

Аудіометр (37503 Аудіометр чистих тонів) - 1 шт.

Вимоги:

№ з/п	Вимоги	Наявність/ відповідність вимоги, її характеристика або величина	Відповідність (так / ні), з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника
1	Тональна порогова аудіометрія по повітряному звукопроведенню в діапазоні частот	від 125 до 8000 Гц	
2	Діапазон регулювання інтенсивності тонального сигналу по повітряному звукопроведенню	від -10 до 120 дБ ВС на частотах 750 – 4000 Гц	
3	Тональна порогова аудіометрія по кістковому звукопроведенню в діапазоні частот	від 250 до 8000 Гц	
4	Діапазон регулювання інтенсивності тонального сигналу по кістковому звукопроведенню	від -10 до 70 дБ ВС на частотах 750 – 4000 Гц	
5	Проведення мовної аудіометрії	Наявність	
6	Відображення на кольоровому дисплеї аудіометра одночасно двох аудіограм	Наявність	
7	Прямий друк аудіограм на зовнішній кольоровий принтер	Можливість	
8	Види маскування – вузькосмуговий шум, широкосмуговий шум	Наявність	
9	Вбудовані підсилювачі потужності вільного звукового поля для підключення до аудіометра звукових колонок	Наявність	
10	Підключення до аудіометра комп'ютерної миші та клавіатури	Можливість	
11	Збереження в пам'яті аудіометра інформації про пацієнтів та результатів досліджень	Наявність	
12	Дискретність встановлення рівня	Наявність	

	чутності тональних сигналів - 1; 2 та 5 дБ		
13	Інтерфейс Ethernet для передачі результатів тестування з аудіометра на персональний комп'ютер	Наявність	

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.
2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах. Ця вимога підтверджується: - завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або - завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення, у разі якщо товар не є медичним виробом, учасник надає лист роз'яснення.
3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.
4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (надати лист підтвердження із вказанням адреси розташування та контактних телефонів сервісного центру) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).
5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).
6. Наявність належним чином оформленої інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською мовою (надати копії).
7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров'я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.
8. Термін поставки товару: 30 днів з дати отримання письмової заявки Замовника, але не пізніше 19.12.2025. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.
9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.
10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності) за формою 2.

Форма 2

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

№ лоту/ з/п	Найменування предмета закупівлі/товару	Торгівельна назва товару	Виробник, країна	Одиниця виміру	Кількість, од.

посада уповноваженої особи
учасника

м.п. * підпис

прізвище, ініціали

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом “або еквівалент”.

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

164 166,67 грн (Сто шістдесят чотири тисячі сто шістдесят шість гривень 67 копійок), з ПДВ.